

# SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:

## **Nemocničné lôžka vrátane príslušenstva**

Verejná súťaž podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V Ružomberku, dňa .....

.....  
MUDr. Jozef Ježík  
riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok - FN

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje:

V Ružomberku, dňa .....

.....  
Gabriela Frkáňová  
referent VO

## **OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

### **A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV**

#### **Časť I. Všeobecné informácie**

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
2. Predmet zákazky
3. Rozdelenie predmetu zákazky
4. Variantné riešenie
5. Pôvod predmetu zákazky
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
7. Zdroj finančných prostriedkov
8. Druh zákazky
9. Lehota viazanosti ponuky

#### **Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie**

10. Dorozumievanie medzi obstarávateľskou organizáciou a uchádzačmi
11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

#### **Časť III. Príprava ponuky**

13. Vyhodenie ponuky
14. Jazyk ponuky
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke
16. Zábezpeka ponuky
17. Obsah ponuky
18. Náklady na ponuku

#### **Časť IV. Predkladanie ponuky**

19. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
20. Predloženie ponuky
21. Označenie obálky ponuky
22. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
23. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

#### **Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk**

24. Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“
25. Preskúmanie častí ponúk označených ako „Ostatné“
26. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
27. Oprava chýb
28. Otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá“
29. Vyhodnotenie ponúk

#### **Časť VI. Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní**

30. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
31. Opravné prostriedky

#### **Časť VII. Prijatie ponuky**

32. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
33. Uzavretie zmluvy
34. Informácie o použití elektronickej aukcie

### **A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV**

1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia
2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia
3. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti

### **A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA**

#### **B.1 SPÔSOB URČENIA CENY**

#### **B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

#### **B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY**

## A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Časť I.

### Všeobecné informácie

#### 1. IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATELSKEJ ORGANIZÁCIE

Názov: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica  
Adresa: Ul. gen. M.Vesela 21, 034 26 Ružomberok  
Krajina: Slovenská republika  
v zastúpení: Frkáňová Gabriela  
Internetová adresa (URL): www.uvn.sk  
/iKontaktné miesto: Referát verejného obstarávania  
Kontaktná osoba: Gabriela Frkáňová  
Telefón: +421 44 438 2430  
Fax: +421 44 438 2783  
E-mail: frkanovag@uvn.sk

#### 2. PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Názov predmetu zákazky:

**Nemocničné lôžka vrátane príslušenstva**

2.2 Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

**33.19.21.20-9 Nemocničné lôžka**

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.

#### 3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

#### 4. VARIANTNÉ RIEŠENIE

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

#### 5. PÔVOD PREDMETU ZÁKAZKY

Podmienky na pôvod predmetu zákazky sa neuvádzajú.

#### 6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

6.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Ústredná vojenská nemocnica SNP - Fakultná nemocnica, ul. generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok, Odbor farmácie a zdravotníckej techniky.

6.2 Predpokladaná lehota ukončenia dodávky je: **31.12.2016**

#### 7. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Predmet zákazky bude financovaný z bežných prevádzkových prostriedkov verejného obstarávateľa.

## 8. DRUH ZÁKAZKY

- 8.1 Typ zmluvy na dodanie tovaru: zákazka na dodanie tovaru - kúpa. Výsledok postupu verejného obstarávania: zadanie zákazky.
- 8.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti B.2 Opis predmetu zákazky.

## 9. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

- 9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou do: **31.12.2014**.
- 9.2 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie o námietkach bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

## Časť II.

### Dorozumievanie a vysvetľovanie

## 10. DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽSKOU ORGANIZÁCIOU A UCHÁDZAČMI

- 10.1 Odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľskou organizáciou a uchádzačmi možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou.
- 10.2 Pri čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah alebo podaných elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona, doručia sa tieto informácie aj v písomnej forme najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odoslania tejto informácie.
- 10.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma.

## 11. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

- 11.1 V prípade nejasností/potreby objasnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bol vyhlásený postup verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácie poskytnutých obstarávateľskou organizáciou v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:  
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, Referát verejného obstarávania,  
Ul. gen. M.Vesela 21, 034 26 Ružomberok  
Kontaktná osoba: Gabriela Frkáňová, telefón: +421 44 438 2430, fax: +421 44 438 2783, e-mail: frkanovag@uvn.sk
- 11.2 Za včas doručení požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr do: **24.09.2014**.

## 12. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

### Časť III. Príprava ponuky

#### 13. VYHOTOVENIE PONUKY

- 13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
- 13.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.

#### 14. JAZYK PONUKY

- 14.1 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku.
- 14.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

#### 15. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

- 15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
- 15.2 Cena za obstarávaný tovar musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
- 15.3 Uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa predloženého výkazu položiek uvedie v navrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovú cenu. Celková cena za dodanie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých medzisúčtov/súčtinov jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek podľa časti súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
- 15.4 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný *predmet zákazky* - sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek podľa výkazu položiek predloženého v časti súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
- 15.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:  
15.5.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  
15.5.2 sadzba DPH a výška DPH,  
15.5.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
- 15.6 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

#### 16. ZÁBEZPEKA PONUKY

- 16.1 Zábezpeka ponuky sa vyžaduje.
- 16.2 Zábezpeka je stanovená vo výške: **30 000 €**.
- 16.3 Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky  
16.3.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača  
16.3.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľskej organizácie
- 16.4 Podmienky zloženia zábezpeky ponuky  
16.4.1 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača  
16.4.1.1 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Záručná listina bude vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“).

- 16.4.1.2 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
  - 16.4.1.2.1 banka uspokojí veriteľa (obstarávateľskú organizáciu) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech obstarávateľskej organizácie
  - 16.4.1.2.2 banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky v stanovenej výške,
  - 16.4.1.2.3 banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku **do 7 dní** po doručení výzvy obstarávateľskej organizácie na zaplatenie, na účet obstarávateľskej organizácie
  - 16.4.1.2.4 banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny obstarávateľskej organizácii,
  - 16.4.1.2.5 platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ obstarávateľská organizácia do uplynutia doby platnosti bankovej záruky banke písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk,
  - 16.4.1.2.6 banková záruka zanikne
    - 16.4.1.2.6.1 plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech obstarávateľskej organizácie,
    - 16.4.1.2.6.2 odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti obstarávateľskej organizácie,
    - 16.4.1.2.6.3 uplynutím doby platnosti, ak si obstarávateľská organizácia do uplynutia doby platnosti neuplatnila svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadala o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.
- 16.4.1.3 Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí obstarávateľskú organizáciu za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré obstarávateľská organizácia požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.
- 16.4.1.4 **Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.**
- 16.4.1.5 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk
  - 16.4.1.5.1 Obstarávateľská organizácia odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača v súlade s § 36 ods. 5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní.
- 16.4.1.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy
  - 16.4.1.6.1 Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty na ktorú bola vystavená, pokiaľ obstarávateľská organizácia písomne neoznámí banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
- 16.4.2 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľskej organizácie
  - 16.4.2.1 Finančné prostriedky v stanovenej výške musia byť zložené na účet obstarávateľskej organizácie vedený v banke: **Štátna pokladnica Bratislava**  
číslo účtu: **IBAN : SK648180000007000301622**
  - 16.4.2.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte obstarávateľskej organizácie najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
  - 16.4.2.3 **Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte obstarávateľskej organizácie najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.**
  - 16.4.2.4 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet obstarávateľskej organizácie trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
  - 16.4.2.5 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk
    - 16.4.2.5.1 Obstarávateľská organizácia vráti uchádzačovi zábezpeku v súlade s § 36 ods. 5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní.
    - 16.4.2.5.2 Obstarávateľská organizácia vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov.
  - 16.4.2.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy
    - 16.4.2.6.1 Zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
    - 16.4.2.6.2 Obstarávateľská organizácia vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov.

16.5 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia.

16.6 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

## 17. OBSAH PONUKY

17.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritéria“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.

17.2 Časť ponuky, ktorá je označená slovom „**Ostatné**“ musí obsahovať:

17.2.1 **titulný list s uvedením obsahu ponuky**, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov a dokumentov (súpis dokumentov), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,

17.2.2 **identifikačné údaje uchádzača**: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky); číslo bankového účtu; kontaktné telefónne číslo; číslo faxu; email,

17.2.3 **vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže** určenými obstarávateľskou organizáciou v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,

17.2.4 **vyhlásenie uchádzača, ktorým uchádzač potvrdzuje pravdivosť a úplnosť** všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,

17.2.5 **potvrdenia, doklady a dokumenty**, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov, vrátane zoznamu takto predložených potvrdení, dokladov a dokumentov; citovaný zoznam musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným obstarávateľskou organizáciou.

17.2.6 **návrh zmluvy** s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa časti súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a podľa časti B.2 Opis predmetu zákazky, bez vyplnenia návrhov na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk; citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,

17.2.7 **e-mailovú adresu** určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii, prostredníctvom ktorej sa uchádzač bude zúčastňovať elektronickej aukcie,

17.2.8 v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky obstarávateľskou organizáciou vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu,

17.2.9 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny,

17.2.10 **doklad o zložení zábezpeky ponuky**

17.3 Časť ponuky, ktorá je označená slovom „**Kritériá**“ musí obsahovať:

- 17.3.1 vyplnený **formulár návrhov na plnenie kritérií** na vyhodnotenie ponúk vypracovaných podľa časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia a podľa časti B.1 Spôsob určenia ceny, týchto súťažných podkladov. Formulár musí byť podpísaný štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

18. **NÁKLADY NA PONUKU**

- 18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
- 18.2 Ponuky doručené na adresu predkladania ponúk a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

Časť IV.

**Predkladanie ponuky**

19. **UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU**

- 19.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľskej organizácii samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľskej organizácii spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľskou organizáciou, má vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy požadovanú právnu formu: Pred uzavretím zmluvy musí mať skupina dodávateľov právnu subjektivitu.
- 19.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a bude vylúčená z verejnej súťaže.

20. **PREDLOŽENIE PONUKY**

- 20.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Obstarávateľská organizácia vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
- 20.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu predkladania ponúk a v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky obstarávateľskej organizácii.
- 20.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, obstarávateľská organizácia vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.

21. **OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY**

- 21.1 Uchádzač vloží **dve samostatné a uzatvorené obálky** s označením podľa názvu súťaže s identifikáciou uchádzača označené názvom „**Ostatné**“ a názvom „**Kritériá**“ do jedného spoločného nepriehľadného obalu (obálky). Obal takto skompletovanej ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi.
- 21.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
- 21.2.1 adresa miesta predkladania ponúk,
- 21.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- 21.2.3** označenie „**súťaž – neotvárať**“,
- 21.2.4 označenie heslom súťaže „**Nemocničné lôžka vrátane príslušenstva**“

## 22. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

22.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:

Názov: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Obec (mesto): Ružomberok PSČ: 034 26

Ulica: Ul. gen. M.Vesela 21

Kontaktné miesto: Referát verejného obstarávania

Kontaktná osoba: Gabriela Frkáňová, telefón: +421 44 438 2430, fax: +421 44 438 2783, e-mail:

frkanovag@uvm.sk

22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **06.10.2014 o 12:00 hod.**

22.3 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.

## 23. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

23.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu predkladania ponúk. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk a na adresu miesta predkladania ponúk.

### Časť V.

## Otváranie a vyhodnotenie ponúk

### 24. OTVÁRANIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „OSTATNÉ“

24.1 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.

24.2 Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" je neverejné.

Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ vykoná komisia dňa **07.10.2014 o 09:00 hod.** na adrese: **Ústredná vojenská nemocnica SNP - Fakultná nemocnica, budova riaditeľstva č.1, III. poschodie, zasadačka Referátu verejného obstarávania, č. dv.1R.A.403a., Generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok**

24.3 Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnenia tejto časti ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčenie uchádzačov alebo vylúčenie ponúk uchádzačov.

### 25. PRESKÚMANIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „OSTATNÉ“

25.1 Komisia preskúma u častí ponúk označených ako „Ostatné“, predložených v lehote na predkladanie ponúk, splnenie všetkých stanovených požiadaviek a rozhodne, či ponuky:

25.1.1 obsahujú všetky náležitosti uvedené v bode 17.2,

25.1.2 zodpovedajú pokynom, požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch.

25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

25.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

## 26. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

- 26.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
- 26.1.1 podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní,
  - 26.1.2 podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uchádzača podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní,
  - 26.1.3 podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní,
  - 26.1.4 ďalších stanovených podmienok účasti.
- 26.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti:
- 26.2.1 podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
  - 26.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne,
  - 26.2.3 ktoré sa týkajú technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
- 26.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, z dokladov predložených podľa požiadaviek, uvedených v časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
- 26.4 Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov alebo nepredloží požadované doklady a informácie alebo predloží neplatné doklady alebo poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti alebo nepredloží po písomnej žiadosti podľa § 33 ods. 6 zákona vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote, bude z verejnej súťaže vylúčený. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia.

## 27. OPRAVA CHÝB

- 27.1 Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní. Zrejmé chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:
- 27.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená slovom,
  - 27.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena,
  - 27.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarky; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravej jednotkovej ceny,
  - 27.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
- 27.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk.
- 27.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:
- 27.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo
  - 27.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou alebo neurobí opravu chyby v lehote **do 5 pracovných dní** odo dňa doručenia oznámenia o vykonanej oprave alebo chybe.

## 28. OTVÁRANIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „KRITÉRIÁ“

- 28.1 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené.
- 28.2 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ je neverejné. Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ sa uskutoční za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk bez účasti uchádzačov.

28.3 Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako „Kritériá“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá“ komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom.

## 29. VYHODNOTENIE PONÚK

29.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejnej súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a vsúťažných podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v časti súťažných podkladov A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.

29.2 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk sa použije elektronická aukcia. Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní súčasne všetci uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené. Uchádzači sa elektronickej aukcie budú zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

## Časť VI.

### Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

#### 30. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

30.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby obstarávateľskej organizácie nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.

30.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).

30.3 Za dôverné informácie je možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

30.4 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

30.5 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávateľa vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od obstarávateľskej organizácie obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávateľa, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľskej organizácie.

#### 31. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

31.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom obstarávateľskej organizácie, môže podľa § 136 zákona o verejnom obstarávaní podať obstarávateľskej organizácii žiadosť o nápravu.

31.2 Uchádzač, ktorý podal obstarávateľskej organizácii žiadosť o nápravu, môže v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného stanoviska obstarávateľskej organizácie ku podanej úplnej žiadosti o nápravu, podať podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní námietku.

Podaniu námietok podľa § 138 ods. 2 písm. d) až g) a podaniu námietok podľa § 137 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní nemusí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu.

## Časť VII. Prijatie ponuky

### 32. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

- 32.1 Po skončení elektronickej aukcie, na základe výsledkov elektronickej aukcie, ak v prípade podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, bude po vyhodnotení ponúk vyhodnotenú splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov bude následne vyhodnotenú splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri tomto vyhodnotení splnenia podmienok účasti sa bude postupovať podľa § 33 ods. 1, pričom budú uchádzači vyzvaní na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
- 32.2 Po skončení elektronickej aukcie, po skončení postupu podľa predchádzajúceho bodu a po odoslaní všetkých prípadných oznámení o vylúčení uchádzača bude bezodkladne písomne oznámené všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk na základe výsledku elektronickej aukcie, vrátane poradia uchádzačov.
- 32.3 Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.
- 32.4 Neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
- 32.5 Po skončení elektronickej aukcie úspešný uchádzač na základe výsledkov elektronickej aukcie predloží upravený dokument „Formulár návrhov na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“ a časti B.1 Spôsob určenia ceny, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača, a to **do 3 pracovných dní** od prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.
- 32.6 V prípade, že sa po skončení elektronickej aukcie u úspešného uchádzača cená ponúknutá pred elektronickej aukciou nezmení, uvedené dokumenty verejný obstarávateľ nebude požadovať.

### 33. UZAVRETIE ZMLUVY

- 33.1 Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk, t. j. **do 31.12.2014**.
- 33.2 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy alebo rámcovej dohody v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, môže byť zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, môže byť zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

## 34. INFORMÁCIE O POUŽITÍ ELEKTRONICKEJ AUKCIE

- Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie nových cien upravených smerom nadol. Nové poradie uchádzačov sa v elektronickej aukcii zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnutí ponúk. V súlade so zákonom, elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.
- Predmetom elektronickej aukcie je určené kritérium pre vyhodnotenie ponúk, a to **najnižšia cena za celý predmet zákazky**. Uchádzači budú v elektronickej aukcii zadávať **ceny bez DPH**.

1. Uchádzači budú môcť v elektronickej aukcii upravovať ceny smerom nadol podľa pravidiel aukcie.

- V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným uchádzačom upravovať ceny v stanovených položkách smerom nadol v ľubovoľnom počte krokov. Obmedzenie zmeny jedného kroku je nastavené nasledovne:

**Minimálny vyžadovaný rozdiel v jednom kroku je 1 000 €, maximálny rozdiel nie je určený.**

- V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Údaje o relatívnom umiestnení ponúk uchádzačov budú zobrazené od začiatku aukcie. Oznamované budú: aktuálna najnižšia celková cena za celý predmet zákazky (Najlepšia ponuka) a aktuálna celková cena za celý predmet zákazky uvedeného uchádzača (Vaša ponuka). Oznamované budú aj údaje o začiatku a ukončení elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý zostáva do skončenia e-aukcie podľa serverového času.
- Elektronická aukcia bude mať jedno súťažné kolo **v dĺžke 30minút** (slovom: tridsať minút), pričom pre všetkých účastníkov aukcie je záväzný serverový čas.
- Predlžovanie elektronickej aukcie bude nastavené údajom „**Neaktivita v min.**“, t.j. časový limit, ktorý bude nastavený na **2 minúty**. Táto neaktivita sa začne odpočítavať 2 minúty pred zadaným koncom aukcie. Údaj „Neaktivita v min.“ predstavuje lehotu od zaevidovania poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie.
- Ak počas časového limitu „Neaktivita v min.“ dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov k zaevidovaniu nižšej ponuky od jeho poslednej ponuky, bude od času zaevidovania tejto skutočnosti aukcia predĺžená o 2 minúty. Ak v priebehu lehoty predĺženia dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov opäť k zaevidovaniu nižšej ponuky od jeho poslednej, opäť sa aukcia predĺži od času zaevidovania tejto skutočnosti o stanovený počet minút. Ak počas lehoty predĺženia nedôjde u žiadneho z uchádzačov k zaevidovaniu novej ponuky od jeho poslednej, aukcia bude automaticky ukončená.
- Po úvodnom úplnom vyhodnutí ponúk budú do elektronickej aukcie pozvaní uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené.
- Po úvodnom úplnom vyhodnutí ponúk verejný obstarávateľ zadá do aukčného prostredia vstupné ceny uchádzačov, tak ako boli uvedené v ich úvodných ponukách.
- Elektronická aukcia bude realizovaná cez systém „AukciaAs“, ktorý je umiestnený na portáli elektronických aukcií [www.aukciaas.sk](http://www.aukciaas.sk). Kontaktná e-mailová adresa administrátora aukcie za verejného obstarávateľa je: [jaroj@uvn.sk](mailto:jaroj@uvn.sk), Ing. Jozef Jaroš, telefón: +421 444 382435,
- Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii.
- Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia uchádzača k používanému elektronickému zariadeniu. Súčasťou výzvy na účasť je priložený „pdf“ dokument, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo a odkaz na internetovú adresu elektronickej aukcie. Kliknutím na túto internetovú adresu sa otvorí prihlasovacie okno do elektronickej aukcie. Ak sa uchádzač prihlási do elektronickej aukcie pred jej začiatkom, zobrazí sa len obrazovka s odpočítavaním času, ktorý zostáva do začiatku elektronickej aukcie.
- Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii budú aj údaje o dátume a čase začatia elektronickej aukcie, o spôsobe skončenia elektronickej aukcie, t.j. o predlžovaní elektronickej aukcie, a tiež upozornenie na pravidlá elektronickej aukcie a na podmienky technického pripojenia.
- Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej aukcie sú uložené na adrese: <http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title> Je potrebné, aby si zúčastnení uchádzači podrobne preštudovali pravidlá elektronickej aukcie, prípadne sa oboznámili s priebehom aukcie aj prostredníctvom inštruktážneho videa umiestneného na uvedenej adrese.

- Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického pripojenia sú uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie a tiež samostatne na adrese <http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm> Zúčastneným uchádzačom odporúčame skontrolovať pred začiatkom aukcie, či ich použité technické zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické podmienky:
  - počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7,
  - rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600,
  - pripojenie na internet,
  - internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox ver.3.x, Opera 10.x, Chrome 7.x a vyššie,
  - internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom,
  - povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,
  - nainštalovaný Adobe Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentami.
- V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného plošného výpadku siete internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude okamžite administrátor informovať všetkých uchádzačov.

## A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.

V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku. V prípade podľa § 32 ods. 11 zákona po vyhodnotení ponúk bude víťazný uchádzač vyzvaný na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie dokladov. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.

### PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa **osobného postavenia** podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a preukázať ich splnenie predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:

1. § 26 ods. 1 písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme - uchádzač preukazuje **výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace**
2. § 26 ods. 1 písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - uchádzač preukazuje **výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace**
3. § 26 ods. 1 písm. c) - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - **uchádzač preukazuje potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace**
4. § 26 ods. 1 písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - **uchádzač preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace**
5. § 26 ods. 1 písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - **uchádzač preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace**
6. § 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku - uchádzač preukazuje **dokladom o oprávnení dodávať tovar**
7. § 26 ods. 1 písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
  1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní, bola
    - 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
    - 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
  - uchádzač preukazuje **čestným vyhlásením**
8. § 26 ods. 1 písm. i) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje **čestným vyhlásením**
9. § 26 ods. 1 písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje **čestným vyhlásením**

Podnikateľ/uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý preukázal spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorý o zapísanie požiadal, môže preukázať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi zapísanými v zozname podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona sa vyhodnocuje spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona.

## **PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA**

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie *ako dôkazy*, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zmluvy/zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu/ *ako dôkazy*, že v predchádzajúcom období mal po odpočítaní svojich záväzkov dostupné likvidné aktíva alebo aktíva s primeranou mierou likvidity v súvislosti s plnením svojich zmluvných záväzkov, prípadne prístup k finančným úverovým prostriedkom postačujúcim pre úspešné splnenie takýchto zmlúv, resp. v súčasnom období má zabezpečený prístup k finančným úverovým prostriedkom alebo iným aktívam, vo výške postačujúcej/potrebnjej na riadne plnenie takejto zmluvy.

Požadované **finančné a ekonomické postavenie** uchádzač preukáže:

§ 27 ods. 1 písm. a) **vyjadrenie banky** alebo pobočky zahraničnej banky, na ktorom banka potvrdí, že:

- uchádzač nie je v nepovolenom debete,
  - v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
  - podnikateľský účet nie je ani nebol predmetom exekúcie,
- Zároveň predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky.

§ 27 ods. 1 písm. d) **prehľad o celkovom obrate** - prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky. Musí byť preukázaný celkový obrat minimálne vo výške **900 000 € bez DPH** za uvedené obdobie 2011, 2012 a 2013 v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.

Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

### **Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti**

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.

Požadovanú **technickú spôsobilosť** uchádzač preukáže nasledovne:

§ 28 ods. 1 písm. a) **zoznam dodávok tovaru** za predchádzajúce tri roky 2011, 2012 a 2013 doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; 1. ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané uchádzač predloží nasledovne:

- referencie uchádzača o realizovaných plneniach uskutočnených v predchádzajúcich troch rokoch od jednotlivých odberateľov, pričom súčet dodaného tovaru za obdobie 2011, 2012 a 2013 bude nad 900 000€ bez DPH.

#### **V zoznamoch odberateľom potvrdených dodanie tovaru bude uvedené:**

- a) názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesto podnikania,
- b) stručný opis predmetu plnenia,
- c) dohodnutú zmluvnú cenu a cenu skutočne fakturovanú a uhradenú za dodaný tovar, v prípade rozdielu údajov medzi cenou dohodnutou a skutočne fakturovanou a uhradenou uvedie odôvodnenie rozdielu týchto cien,
- d) zmluvný termín a termín skutočný termín dodania tovaru
- e) kontaktnú osobu a telefón zmluvného partnera pre potreby overenia si uvedených skutočností.

§ 28 ods. 1 písm. l) bod 1. **opis a prospektový materiál** každého z jednotlivých typov lôžok a stolíkov predložením **technického listu** ku každému typu nemocničného lôžka a nočného stolíka.

§ 28 ods. 1 písm. l) bod 2. **vyhlásenia zhody** a doplňujúce podklady k nim, certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov - **STN EN 60601-2-52**

§ 29 Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požadovanej normy **ISO 9001**.  
ODŔODNENIE - požiadavka vyplývala z dôvodu overenia a preukázania technickej a odbornej spôsobilosti a spoľahlivosti uchádzača v oblasti kvality poskytovaných služieb.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

### **A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA**

Ponuky budú vyhodnocované na základe stanovených kritérií a ich uvedenej relatívnej váhy:

Jediné kritérium:

**Cena bez DPH za celý predmet zákazky - váha 100,00; body 100,00**

- 1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 15 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov v eurách, s uvedením ceny bez DPH a aj vrátane DPH.
- 2 Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky podľa bodu 3 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov.
- 3 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v eurách *bez DPH*, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhne za dodanie *predmetu zákazky*, najnižšiu cenu.

## NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

### Nemocničné lôžka vrátane príslušenstva

Obchodný názov uchádzača:

Adresa sídla uchádzača (miesto podnikania):

Číslo telefónu:

E-mailová adresa pre elektronickú aukciu:

Zodpovedná osoba, ktorá sa zúčastní elektronickej aukcie za uchádzača:

P.č.	Názov (typ, katalógové číslo)	Počet MJ	MJ	Jednotková cena v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
1.	Mechanicky polohovateľné lôžko, 2-dielna ložná plocha, s hrazdou, rukoväťou a matracom	22	ks		
2.	Mechanicky polohovateľné lôžko, 4-dielna ložná plocha, s matracom	7	ks		
3.	Mechanicky polohovateľné lôžko s TR náklonom, s matracom	20	ks		
4.	Mechanicky polohovateľné lôžko s TR náklonom, s hrazdou, rukoväťou a matracom	6	ks		
5.	Štandardné elektrické lôžko s bočnicami, s hrazdou, rukoväťou a matracom	67	ks		
6.	Štandardné elektrické lôžko s hrazdou, rukoväťou a matracom	38	ks		
7.	Štandardné elektrické lôžko s matracom	5	ks		
8.	Elektrické ošetrovateľské lôžko s hrazdou, rukoväťou a matracom	16	ks		
9.	Elektrické ošetrovateľské lôžko s matracom	12	ks		
10.	Elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami s integrovanými ovládačmi, s hrazdou, rukoväťou a matracom	20	ks		
11.	Elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami s matracom	10	ks		
12.	Elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami s hrazdou, rukoväťou a matracom	30	ks		
13.	Elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami s príslušenstvom a matracom	5	ks		
14.	Akútne elektrické lôžko s laterálnym náklonom s príslušenstvom a matracom	2	ks		
15.	Akútne elektrické lôžko s RTG ložnou plochou a integrovanými váhami, s príslušenstvom a matracom	2	ks		
16.	Akútne elektrické lôžko s príslušenstvom a matracom	2	ks		

17.	Novorodenecké lôžko s matracom	5	ks		
18.	Lôžko pre deti do 4 rokov	10	ks		
19.	Akútne elektrické detské lôžko, s príslušenstvom a matracom	4	ks		
20.	Aktívny antidekubitný systém pre pacientov s veľmi vysokým rizikom vzniku dekubitov a existujúcimi dekubitmi až IV. stupňa	2	ks		
21.	Resuscitačné lôžko s laterálnym náklonom a integrovanými váhami	1	ks		
22.	Obojstranný kovový nočný stolík s integrovanou jedálenskou doskou	150	ks		
23.	Obojstranný kovový nočný stolík uzamykateľný s integrovanou jedálenskou doskou	100	ks		
<b>CENA SPOLU:</b>					

V ....., dňa .....

.....  
 podpis štatutárneho orgánu uchádzača alebo člena  
 štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača,  
 oprávneného konať v mene uchádzača

## **B.1 SPÔSOB URČENIA CENY**

- 1 Cena za obstarávaný tovar musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 2 Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky, t.j. sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom.
- 3 Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek, ktorý je súčasťou tejto časti súťažných podkladov. Položky (jednotlivé časti predmetu zákazky) uvedené v zozname položiek, pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v iných cenách.
- 4 Pri určení ponukovej ceny za dodanie tovaru uvedie uchádzač požadované údaje o cene za dodanie jednotlivých častí predmetu zákazky, v členení podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie.

## B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

### Nemocničné lôžka vrátane príslušenstva

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
1)	<b>mechanicky polohovateľné lôžko, 2-dielna ložná plocha, s hrazdou, rukoväťou a matracom - 22 ks</b>	
1.	dvojdielna ložná plocha s rozmerom 200 x 85 cm - tvorená kovovými mriežkami	
2.	mechanické polohovanie chrbtového dielu - plynovým piestom	
3.	vyberateľné čelá lôžka celoplastové s bezpečnostnou aretáciou a s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
4.	integrované predĺženie lôžka min. 1 x 20 cm v nožnej časti lôžka	
5.	výška ložnej plochy bez matraca max. 50 cm	
6.	kolieska o priemere min. 125 mm, 2x s brzdou, 1x bez brzdy, 1x so smerovou aretáciou	
7.	ochranné nárazové kolieska v rohoch lôžka	
8.	univerzálne bočné kovové držiaky na drobné príslušenstvo	
9.	držiaky na hrazdu a infúzny stojan v rohoch lôžka	
10.	nosnosť minimálne 200 kg	
11.	<b>Príslušenstvo:</b>	
12.	hrazda lakovaná	
13.	rukoväť plastová na hrazdu	
14.	<b>Matrac:</b>	
15.	jadro zo studenej PUR peny, s antidekubitným pozdĺžnym a priečnym prierezom	
16.	poťah snímateľný - prešíty zips s ochranou proti znečisteniu a pretekaniu, paropriepustný, vodeodolný, umývateľný do 95°	
17.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
18.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
19.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
20.	nosnosť minimálne 120 kg	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>2)</b>	<b>mechanicky polohovateľné lôžko, 4-dielna ložná plocha, s matracom - 7 ks</b>	
1.	štvordielna ložná plocha s rozmerom 200 x 85 cm - tvorená kovovými lamelami	
2.	mechanické polohovanie chrbtového dielu - plynovým piestom	
3.	mechanické polohovanie stehenného dielu - plynovým piestom	
4.	mechanické polohovanie lýtkového dielu - hrebeňom	
5.	vyberateľné čelá lôžka celoplastové s bezpečnostnou aretáciou a s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
6.	integrované predĺženie lôžka min. 1 x 20 cm v nožnej časti lôžka	
7.	výška ložnej plochy bez matraca max. 50 cm	
8.	kolieska o priemere min. 125 mm, 2x s brzdou, 1x bez brzdy, 1x so smerovou aretáciou	
9.	ochranné nárazové kolieska v rohoch lôžka	
10.	univerzálne bočné kovové držiaky na drobné príslušenstvo	
11.	držiaky na hrazdu a infúzny stojan	
12.	nosnosť minimálne 200 kg	
13.	<b>Príslušenstvo:</b>	
14.	hrazda lakovaná	
15.	rukoväť plastová na hrazdu	
16.	<b>Matrac:</b>	
17.	jadro zo studenej PUR peny, s antidekubitným pozdĺžnym a priečnym prierezom	
18.	poťah snímateľný - prešíty zips s ochranou proti znečisteniu a pretekaniu, paropriepustný, vodeodolný, umývateľný do 95°	
19.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
20.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
21.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
22.	nosnosť minimálne 120 kg	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>3)</b>	<b>mechanicky polohovateľné lôžko s TR náklonom, s matracom - 20 ks</b>	
1.	štvordielna ložná plocha s rozmerom 200 x 85 cm - tvorená kovovými lamelami	
2.	mechanické polohovanie chrbtového dielu - plynovým piestom	
3.	mechanické polohovanie stehenného dielu - plynovým piestom	
4.	mechanické polohovanie lýtkového dielu - hrebeňom	
5.	vyberateľné čelá lôžka kovové lakované s výplňou HPL v rôznych dekoroch	
6.	integrované predĺženie lôžka min. 1 x 20 cm v nožnej časti lôžka	
7.	výška ložnej plochy bez matraca max. 50 cm	
8.	kolieska o priemere min. 125 mm, 2x s brzdou, 1x bez brzdy, 1x so smerovou aretáciou	
9.	ochranné nárazové kolieska v rohoch lôžka	
10.	kolieska nepresahujúce pôdorys lôžka	
11.	univerzálne bočné kovové držiaky na drobné príslušenstvo	
12.	držiaky na hrazdu a infúzny stojan	
13.	možnosť náklonu ložnej plochy do Trendelenburg polohy min. 13°	
14.	nosnosť minimálne 170 kg	
15.	<b>Príslušenstvo:</b>	
16.	hrazda lakovaná	
17.	rukoväť plastová na hrazdu	
18.	<b>Matrac:</b>	
19.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m <sup>3</sup> , s antidekubitným pozdĺžnym a priečnym prierezom	
20.	poťah snímateľný - prešíty zips s ochranou proti znečisteniu a pretekaniu, paropriepustný, vodeodolný, umývateľný do 95°	
21.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
22.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
23.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
24.	nosnosť minimálne 120 kg	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>4)</b>	<b>mechanicky polohovateľné lôžko s TR náklonom, s hrazdou, rukoväťou a matracom - 6 ks</b>	
1.	štvordielna ložná plocha s rozmerom 200 x 85 cm - tvorená kovovými lamelami	
2.	mechanické polohovanie chrbtového dielu - plynovým piestom	
3.	mechanické polohovanie stehenného dielu - plynovým piestom	
4.	mechanické polohovanie lýtkového dielu - hrebeňom	
5.	vyberateľné čelá lôžka celoplastové s bezpečnostnou aretáciou a s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
6.	integrované predĺženie lôžka min. 1 x 20 cm v nožnej časti lôžka	
7.	výška ložnej plochy bez matraca max. 50 cm	
8.	kolieska o priemere min. 125 mm, 2x s brzdou, 1x bez brzdy, 1x so smerovou aretáciou	
9.	ochranné nárazové kolieska v rohoch lôžka	
10.	kolieska nepresahujúce pôdorys lôžka	
11.	univerzálne bočné kovové držiaky na drobné príslušenstvo	
12.	držiaky na hrazdu a infúzny stojan	
13.	možnosť náklonu ložnej plochy do Trendelenburg polohy min. 13°	
14.	nosnosť minimálne 170 kg	
15.	<b>Príslušenstvo:</b>	
16.	hrazda lakovaná	
17.	rukoväť plastová na hrazdu	
18.	<b>Matrac:</b>	
19.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m <sup>3</sup> , s antidekubitným pozdĺžnym a priečnym prierezom	
20.	poťah snímateľný - prešíty zips s ochranou proti znečisteniu a pretekaniu, paropriepustný, vodeodolný, umývateľný do 95°	
21.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
22.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
23.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
24.	nosnosť minimálne 120 kg	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>5)</b>	<b>štandardné elektrické lôžko s bočnicami, s hrazdou, rukoväťou a matracom - 67 ks</b>	
1.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 70 cm	
2.	štvordielna ložná plocha najlepšie 200x86 cm, tvorená kovovými mriežkami, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
3.	lýtkový diel polohovaný mechanickým rastrom	
4.	integrované predĺženie ložnej plochy minimálne 10 cm	
5.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
6.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
7.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
8.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
9.	potenciálové prepojenie	
10.	integrované 3/4 sklopné lakované bočnice, s dvojitou bezpečnostnou aretáciou proti nechcenému spusteniu	
11.	kolieska nepresahujúce pôdorys lôžka	
12.	kolieska priemer min. 125 mm, min. 2 s brzdou	
13.	ručný ovládač s možnosťou zablokovania polohovania	
14.	univerzálne bočné držiaky na drobné príslušenstvo	
15.	nosnosť lôžka 170 kg	
16.	<b>Príslušenstvo:</b>	
17.	hrazda lakovaná	
18.	plastová rukoväť na hrazdu	
19.	<b>Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov:</b>	
20.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m <sup>3</sup> , s antidekubitným prierezom - zaisťujúce zónovú tuhosť aspoň v troch zónach	
21.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca)	
22.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
23.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
24.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
25.	nosnosť min. 120 kg	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>6)</b>	<b>štandardné elektrické lôžko, s hrazdou, rukoväťou a matracom - 38 ks</b>	
1.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 70 cm	
2.	štvordielna ložná plocha najlepšie 200x86 cm, tvorená kovovými mriežkami, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
3.	lýtkový diel polohovaný mechanickým rastrom	
4.	integrované predĺženie ložnej plochy minimálne 10 cm	
5.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
6.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
7.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
8.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
9.	potenciálové prepojenie	
10.	kolieska nepresahujúce pôdorys lôžka	
11.	kolieska priemer min. 125 mm, min. 2 s brzdou	
12.	ručný ovládač s možnosťou zablokovania polohovania	
13.	univerzálne bočné držiaky na drobné príslušenstvo	
14.	nosnosť lôžka 170 kg	
15.	<b>Príslušenstvo:</b>	
16.	hrazda lakovaná	
17.	plastová rukoväť na hrazdu	
18.	<b>Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov:</b>	
19.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m <sup>3</sup> , s antidekubitným prierezom - zaisťujúce zónovú tuhosť aspoň v troch zónach	
20.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca)	
21.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
22.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
23.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
24.	nosnosť min. 120 kg	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>7)</b>	<b>štandardné elektrické lôžko s matracom - 5 ks</b>	
1.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 70 cm	
2.	štvordielna ložná plocha najlepšie 200x86 cm, tvorená kovovými mriežkami, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
3.	lýtkový diel polohovaný mechanickým rastrom	
4.	integrované predĺženie ložnej plochy minimálne 10 cm	
5.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
6.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
7.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
8.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
9.	potenciálové prepojenie	
10.	kolieska nepresahujúce pôdorys lôžka	
11.	kolieska priemer min. 125 mm, min. 2 s brzdou	
12.	ručný ovládač s možnosťou zablokovania polohovania	
13.	univerzálne bočné držiaky na drobné príslušenstvo	
14.	nosnosť lôžka 170 kg	
15.	<b>Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov:</b>	
16.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m <sup>3</sup> , s antidekubitným prierezom - zaisťujúce zónovú tuhosť aspoň v troch zónach	
17.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca)	
18.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
19.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
20.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
21.	nosnosť min. 120 kg	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
8)	<b>elektrické ošetrovateľské lôžko s hrazdou, rukoväťou a matracom - 16 ks</b>	
1.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 80 cm	
2.	štvordielna ložná plocha najlepšie 200x86 cm, chrbtový a stehenný diel ovládané elektromotorom	
3.	autoregresia chrbtového a stehenného dielu min. 17 cm	
4.	súčasné polohovanie chrbtového a stehenného dielu jedným tlačidlom	
5.	ložná plocha z vyberateľných kovových mriežok	
6.	čelá lôžka v imitácii dreva v rôznych dekoroch	
7.	ručný ovládač lôžka s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
8.	kolieska o priemere minimálne 100 mm, individuálne zabrzditelne	
9.	kolieska nepresahujúce pôdorys lôžka	
10.	držiačky na infúzny stojan, hrazdu	
11.	nosnosť minimálne 205 kg	
12.	celodrevené spustiteľné bočnice s dvojitou ochranou proti nechcenému spusteniu	
13.	lôžko musí byť vyrobené v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
14.	<b>Príslušenstvo:</b>	
15.	hrazda lakovaná	
16.	plastová rukoväť na hrazdu	
17.	<b>Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov:</b>	
18.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m <sup>3</sup> , s antidekubitným prierezom - zaisťujúce zónovú tuhosť aspoň v troch zónach	
19.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca)	
20.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
21.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
22.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
23.	nosnosť min. 120 kg	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
9)	<b>elektrické ošetrovateľské lôžko s matracom - 12 ks</b>	
1.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 80 cm	
2.	štvordielna ložná plocha najlepšie 200x86 cm, chrbtový a stehenný diel ovládané elektromotorom	
3.	autoregresia chrbtového a stehenného dielu min. 17 cm	
4.	súčasné polohovanie chrbtového a stehenného dielu jedným tlačidlom	
5.	ložná plocha z vyberateľných kovových mriežok	
6.	čelá lôžka v imitácii dreva v rôznych dekoroch	
7.	ručný ovládač lôžka s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
8.	kolieska o priemere minimálne 100 mm, individuálne zabrzditelne	
9.	kolieska nepresahujúce pôdorys lôžka	
10.	držiačky na infúzny stojan, hrazdu	
11.	nosnosť minimálne 205 kg	
12.	celodrevené spustiteľné bočnice s dvojitou ochranou proti nechcenému spusteniu	
13.	lôžko musí byť vyrobené v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
14.	<b>Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov:</b>	
15.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m3, s antidekubitným prierezom - zaisťujúce zónovú tuhosť aspoň v troch zónach	
16.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca)	
17.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
18.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
19.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
20.	nosnosť min. 120 kg	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>10)</b>	<b>elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami s integrovanými ovládačmi, s hrazdou, rukoväťou a matracom - 20 ks:</b>	
1.	lôžko vyrobené plne v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
2.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 70 cm	
3.	štvordielna ložná plocha najlepšie 200x86 cm, tvorená odnímateľnými plastovými dielmi, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
4.	ergonomické polohovanie ložnej plochy - schopnosť eliminovať zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri polohovaní chrbtového a stehenného dielu - 3D autoregresia	
5.	možnosť náklonu do Antitrendelenburgovej polohy min. 13° pomocou elektromotoru	
6.	možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 13° elektromotorom	
7.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
8.	bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorických častí, aby pri preťažení lôžka došlo k automatickému zastaveniu polohovania	
9.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
10.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
11.	potenciálové prepojenie	
12.	zálohová batéria	
13.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
14.	integrované delené odklopné bočnice, najlepšie plastové, s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
15.	bočnice s ochranou proti nechcenému spusteniu a dostatočnou ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením pozdĺž ložnej plochy podľa platných noriem - t.j. medzery medzi bočnicami navzájom a hlavovým čelom maximálne 60 mm	
16.	integrované obojstranné ovládače lôžka v bočniciach s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
17.	kolieska priemer min. 150 mm, centrálné ovládané	
18.	centrálny sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha)	
19.	univerzálne bočné držiaky na drobné príslušenstvo	
20.	Príslušenstvo:	
21.	hrazda lakovaná	
22.	plastová rukoväť na hrazdu	
23.	<b>Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov:</b>	
24.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 43 kg/m <sup>3</sup> zaisťujúca potrebnú tuhosť aspoň v 3 zónach	
25.	spevnené okraje jadra tuhšou penou, min. hustota 40 kg/m <sup>3</sup>	
26.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips zo štyroch strán s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca), spoje poťahu zabraňujúce priesaku nečistôt do jadra - najlepšie kontinuálne zvarované	
27.	materiál poťahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
28.	pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov (Norton 25-21), tlak prevyšujúci 32 mmHg max. na 4% plochy matraca	
29.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>11)</b>	<b>elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami, s matracom - 10 ks:</b>	
1.	lôžko vyrobené plne v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
2.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 70 cm	
3.	štvordielna ložná plocha najlepšie 200x86 cm, tvorená odnímateľnými plastovými dielmi, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
4.	ergonomické polohovanie ložnej plochy - schopnosť eliminovať zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri polohovaní chrbtového a stehenného dielu - 3D autoregresia	
5.	možnosť náklonu do Antitrendelenburgovej polohy min. 13° pomocou elektromotoru	
6.	možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 13° elektromotorom	
7.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
8.	bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorických častí, aby pri preťažení lôžka došlo k automatickému zastaveniu polohovania	
9.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
10.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
11.	potenciálové prepojenie	
12.	zálohová batéria	
13.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
14.	integrované delené odklopné bočnice, najlepšie plastové, s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
15.	bočnice s ochranou proti nechcenému spusteniu a dostatočnou ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením pozdĺž ložnej plochy podľa platných noriem - t.j. medzery medzi bočnicami navzájom a hlavovým čelom maximálne 60 mm	
16.	odpojiteľný ručný ovládač s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
17.	kolieska priemer min. 150 mm, centrálné ovládané	
18.	centrálny sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha)	
19.	univerzálne bočné držiaky na drobné príslušenstvo	
<b>20.</b>	<b>Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov:</b>	
21.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 43 kg/m <sup>3</sup> zaisťujúca potrebnú tuhosť aspoň v 3 zónach	
22.	spevnené okraje jadra tuhšou penou, min. hustota 40 kg/m <sup>3</sup>	
23.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips zo štyroch strán s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca), spoje poťahu zabraňujúce priesaku nečistôt do jadra - najlepšie kontinuálne zvarované	
24.	materiál poťahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
25.	pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov (Norton 25-21), tlak prevyšujúci 32 mmHg max. na 4% plochy matraca	
26.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>12)</b>	<b>elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami, s hrazdou, rukoväťou a matracom - 30 ks:</b>	
1.	lôžko vyrobené plne v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
2.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 70 cm	
3.	štvordielna ložná plocha najlepšie 200x86 cm, tvorená odnímateľnými plastovými dielmi, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
4.	ergonomické polohovanie ložnej plochy - schopnosť eliminovať zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri polohovaní chrbtového a stehenného dielu - 3D autoregresia	
5.	možnosť náklonu do Antitrendelenburgovej polohy min. 13° pomocou elektromotoru	
6.	možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 13° elektromotorom	
7.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
8.	bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorických častí, aby pri preťažení lôžka došlo k automatickému zastaveniu polohovania	
9.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
10.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
11.	potenciálové prepojenie	
12.	zálohová batéria	
13.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
14.	integrované delené odklopné bočnice, najlepšie plastové, s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
15.	bočnice s ochranou proti nechcenému spusteniu a dostatočnou ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením pozdĺž ložnej plochy podľa platných noriem - t.j. medzery medzi bočnicami navzájom a hlavovým čelom maximálne 60 mm	
16.	odpojiteľný ručný ovládač s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
17.	kolieska priemer min. 150 mm, centrálné ovládané	
18.	centrálny sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha)	
19.	univerzálne bočné držiaky na drobné príslušenstvo	
20.	<b>Príslušenstvo:</b>	
21.	hrazda lakovaná	
22.	plastová rukoväť na hrazdu	
23.	<b>Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov:</b>	
24.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m <sup>3</sup> , s antidekubitným prierezom - zaisťujúce zónovú tuhosť aspoň v troch zónach	
25.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca)	
26.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
27.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
28.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
29.	nosnosť min. 120 kg	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>13)</b>	<b>elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami, s príslušenstvom a matracom - 5 ks:</b>	
1.	lôžko vyrobené plne v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
2.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 70 cm	
3.	štvordielna ložná plocha najlepšie 200x86 cm, tvorená odnímateľnými plastovými dielmi, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
4.	ergonomické polohovanie ložnej plochy - schopnosť eliminovať zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri polohovaní chrbtového a stehenného dielu - 3D autoregresia	
5.	možnosť náklonu do Antitrendelenburgovej polohy min. 13° pomocou elektromotoru	
6.	možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 13° elektromotorom	
7.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
8.	bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorických častí, aby pri preťažení lôžka došlo k automatickému zastaveniu polohovania	
9.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
10.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
11.	potenciálové prepojenie	
12.	zálohová batéria	
13.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
14.	integrované delené odklopné bočnice, najlepšie plastové, s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
15.	bočnice s ochranou proti nechcenému spusteniu a dostatočnou ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením pozdĺž ložnej plochy podľa platných noriem - t.j. medzery medzi bočnicami navzájom a hlavovým čelom maximálne 60 mm	
16.	odpojiteľný ručný ovládač s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
17.	kolieska priemer min. 150 mm, centrálné ovládané	
18.	centrálny sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha)	
19.	univerzálne bočné držiaky na drobné príslušenstvo	
20.	<b>Príslušenstvo:</b>	
21.	hrazda lakovaná	
22.	plastová rukoväť na hrazdu	
23.	teleskopický infúzny stojan, chrómovaný, umiestniteľný do držiaku na lôžku	
24.	nerezový košíček na infúzny stojan	
25.	držiak koša na bažanta, lakovaný	
26.	<b>Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov:</b>	
27.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 43 kg/m <sup>3</sup> zaisťujúca potrebnú tuhosť aspoň v 3 zónach	
28.	spevnené okraje jadra tuhšou penou, min. hustota 40 kg/m <sup>3</sup>	
29.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips zo štyroch strán s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca), spoje poťahu zabraňujúce priesaku nečistôt do jadra - najlepšie kontinuálne zvarované	

30.	materiál poťahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
31.	pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov (Norton 25-21), tlak prevyšujúci 32 mmHg max. na 4% plochy matraca	
32.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>14)</b>	<b>akútne elektrické lôžko s laterálnym náklonom, s príslušenstvom a matracom - 2 ks:</b>	
1.	lôžko vyrobené plne v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
2.	veľmi stabilný a jednoducho čistiteľný podvozok	
3.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 45 - 75 cm	
4.	ložná plocha na stíповých teleskopických jednotkách	
5.	štvordielna ložná plocha najlepšie 200x86 cm, tvorená odnímateľnými plastovými dielmi, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
6.	laterálny náklon min. +/- 15 st. pomocou elektromotoru	
7.	možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 13° a Antitrendelenburgovej polohy min. 13° pomocou elektromotoru	
8.	bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorických častí, aby pri preťažení lôžka došlo k automatickému zastaveniu polohovania	
9.	autoregresia chrbtového dielu min. 10 cm	
10.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
11.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
12.	integrované sklopné lakované bočnice s dvojitou ochranou proti nechcenému spusteniu, najlepšie 3/4 prevedenie	
13.	centrálny sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha, vyšetrovacia poloha)	
14.	ručný ovládač s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
15.	integrované predĺženie lôžka minimálne 10 cm	
16.	kolieska s centrálnym ovládaním bŕzd, priemer 150 mm	
17.	podjazdnosť lôžka 4 cm (žiadna časť lôžka okrem koliesok nesmie byť nad podlahou nižšie ako 4 cm)	
18.	univerzálne držiaky na drobné príslušenstvo	
19.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
20.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
21.	zálohová batéria s vlastnou autodiagnostikou kapacity a životnosti	
22.	potenciálové prepojenie	
23.	nosnosť minimálne 200 kg	
24.	nožné ovládače integrované do podvozku pre výškové nastavenie lôžka a s predprogramovanou vyšetrovacou polohou, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
25.	nožné ovládače integrované do podvozku pre laterálny náklon, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
26.	ochranný vankúšik pre laterálny náklon	

27.	<b>Príslušenstvo:</b>	
28.	teleskopický infúzny stojan, chrómovaný, umiestniteľný do držiaku na lôžku	
29.	nerezový košíček na infúzny stojan	
30.	držiak koša na bažanta, lakovaný	
31.	<b>Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov:</b>	
32.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 43 kg/m <sup>3</sup> zaisťujúca potrebnú tuhosť aspoň v 3 zónach	
33.	spevnené okraje jadra tuhšou penou, min. hustota 40 kg/m <sup>3</sup>	
34.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips zo štyroch strán s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca), spoje poťahu zabraňujúce priesaku nečistôt do jadra - najlepšie kontinuálne zvarované	
35.	materiál poťahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
36.	pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov (Norton 25-21), tlak prevyšujúci 32 mmHg max. na 4% plochy matraca	
37.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>15)</b>	<b>akútne elektrické lôžko s RTG ložnou plochou a integrovanými váhami, s príslušenstvom a matracom - 2 ks:</b>	
1.	lôžko vyrobené plne v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
2.	veľmi stabilný a jednoducho čistiteľný podvozok	
3.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 45 - 75 cm	
4.	ložná plocha na stĺpových teleskopických jednotkách	
5.	štvordielna ložná plocha najlepšie 208x86 cm, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
6.	röntgenovateľná ložná plocha s možnosťou umiestnenia RTG kazety pod ložnú plochu	
7.	možnosť plynulého snímania C ramenom pod panvovou a chrbtovou časťou tak, aby bolo možné snímanie od krku až po panvovú časť (stĺpová jednotka pod hlavou musí byť max. 20 cm od okraja lôžka)	
8.	ergonomické polohovanie ložnej plochy - schopnosť eliminovať zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri polohovaní chrbtového a stehenného dielu - 3D autoregresia	
9.	možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 13° a Antitrendelenburgovej polohy min. 13° pomocou elektromotoru	
10.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
11.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
12.	integrované delené odklopné bočnice, najlepšie plastové, pozostávajúce na každej strane z 3 častí, s možnosťou spustenia stredovej bočnice a bočnice pri hlave, tak aby pri zákroku v oblasti brušnej dutiny mohli bočnice u hlavy a nôh chrániť pacienta pred pádom z lôžka	
13.	bočnice s ochranou proti nechcenému spusteniu a dostatočnou ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením pozdĺž celej ložnej plochy podľa platných noriem - t.j. medzery medzi bočnicami navzájom a hlavovým čelom maximálne 60 mm	
14.	integrované obojstranné ovládače lôžka v bočniciach s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
15.	výška bočníc nad ložnou plochou (bez matraca) min. 45 cm	

16.	centrálny sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha, vyšetrovacia poloha, mobilizačná poloha)	
17.	integrované predĺženie lôžka minimálne 9 cm	
18.	kolieska s centrálnym ovládaním brzd, priemer 150 mm	
19.	podjazdnosť lôžka 4 cm (žiadna časť lôžka okrem koliesok nesmie byť nad podlahou nižšie ako 4 cm)	
20.	univerzálne držiaky na drobné príslušenstvo	
21.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
22.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
23.	zálohová batéria s vlastnou autodiagnostikou kapacity a životnosti	
24.	potenciálové prepojenie	
25.	nosnosť minimálne 250 kg	
26.	držiak RTG kazety pod ložnou plochou, najlepšie bočne vkladaný	
27.	integrovaný váhový systém s možnosťou váženia pacienta v absolútnom a diferenčnom režime	
28.	nožné ovládače integrované do podvozku pre výškové nastavenie lôžka a s predprogramovanou vyšetrovacou polohou, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
29.	<b>Príslušenstvo:</b>	
30.	teleskopický infúzny stojan, chrómovaný, umiestniteľný do držiaku na lôžku	
31.	nerezový košíček na infúzny stojan	
32.	držiak koša na bažanta, lakovaný	
33.	držiak prírodných trubíc	
34.	<b>Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov so stredným rizikom vzniku dekubitov:</b>	
35.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 50 kg/m <sup>3</sup> zaisťujúca potrebnú tuhosť	
36.	na povrchu jadra vrstva z <b>viskoelastickej peny</b> - min. hustota 80kg/m <sup>3</sup>	
37.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips zo štyroch strán s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca), spoje poťahu zabraňujúce priesaku nečistôt do jadra - najlepšie kontinuálne zvarované	
38.	materiál poťahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
39.	pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov (Norton 20-17)	
40.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>16)</b>	<b>akútne elektrické lôžko, s príslušenstvom a matracom - 2 ks:</b>	
1.	lôžko vyrobené plne v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
2.	veľmi stabilný a jednoducho čistiteľný podvozok	
3.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 75 cm	
4.	ložná plocha na stĺpových teleskopických jednotkách	
5.	štvordielna ložná plocha najlepšie 208x86 cm, tvorená odnímateľnými dielmi, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
6.	ergonomické polohovanie ložnej plochy - schopnosť eliminovať zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri polohovaní chrbtového a stehenného dielu - 3D autoregresia	
7.	možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 13° a Antitrendelenburgovej polohy min. 13° pomocou elektromotoru	
8.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
9.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
10.	integrované delené odklopné bočnice, najlepšie plastové, pozostávajúce na každej strane z 3 častí, s možnosťou spustenia stredovej bočnice a bočnice pri hlave, tak aby pri zákroku v oblasti brušnej dutiny mohli bočnice u hlavy a nôh chrániť pacienta pred pádom z lôžka	
11.	bočnice s ochranou proti nechcenému spusteniu a dostatočnou ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením pozdĺž celej ložnej plochy podľa platných noriem - t.j. medzery medzi bočnicami navzájom a hlavovým čelom maximálne 60 mm	
12.	výška bočníc nad ložnou plochou (bez matraca) min. 45 cm	
13.	centrálny sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha, vyšetrovacia poloha, mobilizačná poloha)	
14.	integrované obojstranné ovládače lôžka v bočniciach s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
15.	integrované predĺženie lôžka minimálne 9 cm	
16.	kolieska s centrálnym ovládaním bŕzd, priemer 150 mm	
17.	podjazdnosť lôžka 4 cm (žiadna časť lôžka okrem koliesok nesmie byť nad podlahou nižšie ako 4 cm)	
18.	univerzálne držiaky na drobné príslušenstvo	
19.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
20.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
21.	zálohová batéria s vlastnou autodiagnostikou kapacity a životnosti	
22.	potenciálové prepojenie	
23.	nosnosť minimálne 250 kg	
24.	nožné ovládače integrované do podvozku pre výškové nastavenie lôžka a s predprogramovanou vyšetrovacou polohou, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
25.	<b>Príslušenstvo:</b>	
26.	teleskopický infúzny stojan, chrómovaný, umiestniteľný do držiaku na lôžku	
27.	nerezový košíček na infúzny stojan	

28.	držiak koša na bažanta, lakovaný	
29.	držiak prívodných trubíc	
30.	<b>Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov so stredným rizikom vzniku dekubitov:</b>	
31.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 50 kg/m <sup>3</sup> zaisťujúca potrebnú tuhosť	
32.	na povrchu jadra vrstva z viskoelastickej peny - min. hustota 80kg/m <sup>3</sup>	
33.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips zo štyroch strán s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca), spoje poťahu zabraňujúce priesaku nečistôt do jadra - najlepšie kontinuálne zvarované	
34.	materiál poťahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
35.	pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov (Norton 20-17)	
36.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>17)</b>	<b>novorodenecké lôžko s matracom - 5 ks:</b>	
1.	kovová lakovaná konštrukcia lôžka, možnosť rôzneho farebného riešenia	
2.	zdvih ložnej plochy posilovaný plynovou pružinou	
3.	plynulé naklápanie ložnej plochy s aretáciou	
4.	ložná plocha - najlepšie ako vyberateľná transparentná vanička	
5.	kolieska najlepšie 65 mm, min. 2 s brzdou	
6.	matrac s jadrom z PUR peny	
7.	poťah matraca paropriepustný, vodovzdorný, dezinfikovateľný	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>18)</b>	<b>lôžko pre deti do 4 rokov - 10 ks:</b>	
1.	kovová lakovaná konštrukcia lôžka, možnosť rôzneho farebného riešenia	
2.	ložná plocha dvojdielna, najlepšie z vovarených sietí	
3.	zdvih a náklony ložnej plochy mechanické pomocou rastrov	
4.	chrbtový diel polohovateľný šraubovým mechanizmom	
5.	rozmery ložnej plochy najlepšie 140x70 cm	
6.	pevné čelá, tvorené najlepšie zvislými tyčkami	
7.	4 brzdiateľné kolieska o priemere najlepšie 100 mm	
8.	integrované spustiteľné bočnice tvorené najlepšie zvislými tyčkami, aretovateľné a s ochranou proti nechcenému spusteniu	
9.	2x držiak na infúzny stojan	
10.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
11.	odkladací košík pod ložnou plochou	
12.	infúzny stojan upevniteľný do držiaku na lôžku	
13.	matrac s jadrom z PUR peny	
14.	poťah matrac paropriepustný, vodovzdorný, dezinfikovateľný	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>19)</b>	<b>akútne elektrické detské lôžko, s príslušenstvom a matracom - 4 ks:</b>	
1.	veľmi stabilný a jednoducho čistiteľný podvozok	
2.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 75 cm	
3.	ložná plocha na stĺpových teleskopických jednotkách	
4.	štvordielna ložná plocha najlepšie 170 x 80 cm, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
5.	možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 13° a Antitrendelenburgovej polohy min. 13° pomocou elektromotoru	
6.	bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorických častí, aby pri preťažení lôžka došlo k automatickému zastaveniu polohovania	
7.	autoregresia chrbtového dielu min. 10 cm	
8.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
9.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
10.	centrálny sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha)	
11.	zálohová batéria s vlastnou autodiagnostikou kapacity a životnosti	

12.	kolieska s centrálnym ovládaním brzd, priemer 150 mm	
13.	podjazdnosť lôžka 4 cm (žiadna časť lôžka okrem koliesok nesmie byť nad podlahou nižšie ako 4 cm)	
14.	univerzálne držiaky na drobné príslušenstvo	
15.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
16.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
17.	nosnosť minimálne 180 kg	
18.	potenciálové prepojenie	
19.	integrované sklopné lakované bočnice s dvojitou ochranou proti nechcenému spusteniu, najlepšie 3/4 prevedenie	
20.	<b>Príslušenstvo:</b>	
21.	hrazda lakovaná	
22.	plastová rukoväť na hrazdu	
23.	teleskopický infúzny stojan, chrómovaný, umiestniteľný do držiaku na lôžku	
24.	nerezový košíček na infúzny stojan	
25.	držiak koša na bažanta, lakovaný	
26.	<b>Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov:</b>	
27.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m <sup>3</sup> , s antidekubitným prierezom - zaisťujúce zónovú tuhosť aspoň v troch zónach	
28.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca)	
29.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
30.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
31.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
32.	nosnosť min. 120 kg	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
20)	<b>aktívny antidekubitný systém pre pacientov s veľmi vysokým rizikom vzniku dekubitov a existujúcimi dekubitmi až IV. stupňa - 2 ks:</b>	
1.	pre veľmi vysoké riziko dekubitov a podporu liečby už vzniknutých dekubitov až IV. stupňa	
2.	<b>možnosť voľby režimov: alternujúci, maximálny tlak, konštatne nízky tlak (CLP)</b>	
3.	možnosť transportu pacienta bez kompresoru až 24 hodín	
4.	systém striedania tlaku v celách minimálne 3-1	
5.	usporiadanie ciel do kompaktných modulov zabraňujúcich zapadaniu pacienta medzi cely pri polohovaní	
6.	<b>perióda striedania tlaku v celách najlepšie 7,5 minúty</b>	
7.	možnosť rýchleho vypustenia CPR	
8.	automatické nastavenie tlaku v celách	
9.	automatická kompenzácia tlaku v celách pri polohovaní	
10.	systém ochrany pred nežiadúcou manipuláciou a chybným nastavením	
11.	nosnosť minimálne 250 kg	
12.	alarm v prípade výpadku napájania	
13.	poťah ľahko snímateľný - zips najlepšie zo všetkých strán, paropriepustný, vodovzdorný, s ochranou proti znečisteniu jadra - najlepšie kontinuálne zvarovaný, antibakteriálny	
14.	rozmer podľa lôžka, výška minimálne 230 mm	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>21)</b>	<b>resuscitačné lôžko s laterálnym náklonom a integrovanými váhami – 1 ks</b>	
1.	lôžko vyrobené plne v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
2.	veľmi stabilný a jednoducho čistiteľný podvozok,	
3.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 35 cm od najnižšej polohy vo výške max. 45 cm	
4.	ložná plocha na stĺpových teleskopických jednotkách	
5.	štvordielna ložná plocha najlepšie 208x86 cm, chrbtový, stehenný a lýtkový diel ovládaný elektromotorom	
6.	laterálny náklon min. +/- 30 st. pomocou elektromotoru	
7.	automatický laterálny náklon s programovateľným nastavením uhlov laterálneho náklonu a časovými cyklami pre zaistenie prevencie ventilátorovej pneumónie	
8.	röntgenovateľná ložná plocha s možnosťou umiestnenia RTG kazety pod ložnú plochu	
9.	možnosť plynulého snímania C ramenom pod panvovou a chrbtovou časťou tak, aby bolo možné snímanie od krku až po panvovú časť (stĺpová jednotka pod hlavou musí byť max. 20 cm od okraja lôžka)	
10.	podjazdnosť lôžka 4 cm (žiadna časť lôžka okrem koliesok nesmie byť nad podlahou nižšie ako 4 cm)	
11.	ergonomické polohovanie ložnej plochy - schopnosť eliminovať zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri polohovaní chrbtového a stehenného dielu - 3D autoregresia	
12.	možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 13° a Antitrendelenburgovej polohy min. 15° pomocou elektromotoru	
13.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
14.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
15.	integrované delené odklopné bočnice, najlepšie plastové, s ochranou proti nechcenému spusteniu a dostatočnou ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením podľa platných noriem - t.j. medzery medzi bočnicami navzájom a hlavovým čelom maximálne 60 mm	
16.	možnosť odklopenia postranice v oblasti hrudníku, tak aby ostatné postranice v oblasti hlavy a nôh zostali v hornej polohe (ochrana pacienta)	
17.	výška bočníc nad ložnou plochou (bez matrace) min. 45 cm	
18.	hlavný sesterský ovládací LCD dotykový panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu a možnosťou zablokovania ovládania proti nežiadúcej manipulácii, s predprogramovanými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, ortopnoické kreslo)	
19.	lôžko musí byť vybavené displejom, ktorý bude zobrazovať: krivku trendu hmotnosti, programovanie automatického laterálneho náklonu, možnosti nastavenia a blokovania polôh	
20.	integrované obojstranné ovládače lôžka v bočniciach s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
21.	integrované predĺženie lôžka minimálne 15 cm	
22.	kolieska s centrálnym ovládaním brzd, priemer 150 mm	
23.	piate koliesko pre lepšiu manipuláciu s lôžkom	
24.	automatické zabrzdzenie lôžka	
25.	univerzálne držiaky na drobné príslušenstvo	
26.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
27.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	

28.	zálohová batéria s vlastnou autodiagnostikou kapacity a životnosti	
29.	nosnosť minimálne 250 kg	
30.	potenciálové prepojenie	
31.	integrovateľný váhový systém s možnosťou váženia pacienta v absolútnom a diferenčnom režime, s automatickým ukladaním nameraných hodnôt	
32.	držiak RTG kazety pod ložnou plochou	
33.	nožné ovládače integrované do podvozku pre výškové nastavenie lôžka a s predprogramovanou vyšetrovacou polohou, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
34.	nožné ovládače integrované do podvozku pre laterálny náklon lôžka, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
35.	mobilizačné madlá po obidvoch stranách lôžka s integrovaným ovládačom výšky ložnej plochy	
36.	nočné podsvietenie lôžka	
37.	<b>Príslušenstvo:</b>	
38.	infúzny stojan, chrómovaný	
39.	nerezový košíček na inf. fľaše	
40.	polička na monitor	
41.	držiak kyslíkovej fľaše	
42.	držiak kanýl	
43.	<b>Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov:</b>	
44.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m <sup>3</sup> , s antidekubitným prierezom - zaisťujúce zónovú tuhosť aspoň v troch zónach	
45.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca)	
46.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
47.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
48.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
49.	nosnosť min. 120 kg	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>22)</b>	<b>obojsstranný kovový nočný stolík s integrovanou jedálenskou doskou - 150 ks:</b>	
1.	pojazdný, obojsstranný kovový stolík k lôžku	
2.	korpus z pozinkovaného lakovaného plechu	
3.	integrovaná výškovo nastaviteľná jedálenská doska, jednoducho ovládateľná, s posilovaním plynovou pružinou, naklopiteľná pre čítanie a písanie	
4.	povrchová úprava zabezpečujúca vysokú odolnosť rámu proti oderom pri nárazoch	
5.	odolná horná doska najlepšie z HPL (vysokotlakového laminátu)	
6.	dvojité kolieska 75 mm, min. 2 zabrzditeľné	
7.	prevedenie stolíku - horná zásuvka, prostredná nika, skrinka s dvierkami	
8.	stolík dobre čistiteľný, vnútro zásuviek vyberateľné	
9.	design zodpovedajúci lôžku	

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/ NIE
<b>23)</b>	<b>obojsstranný kovový nočný stolík uzamykateľný s integrovanou jedálenskou doskou - 100 ks:</b>	
1.	pojazdný obojsstranný kovový stolík k lôžku	
2.	kovový korpus	
3.	Integrovaná výškovo nastaviteľná jedálenská doska, jednoduché ovládanie plynovým piestom	
4.	jedálenská doska s obojsstranným náklonom	
5.	odkladacia doska s ABS plastu	
6.	dvojité kolieska s priemerom min. 65 mm samostatne brzdiťelné	
7.	prevedenie - horná zásuvka, odkladacia polička, skrinka s dvierkami, polička na obuv	
8.	držiak uteráku	
9.	uzamykateľný odkladací priestor	

## B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVNIA

### Návrh kúpnej zmluvy č.UVN-4-147/2014-142

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

#### Čl. 1.

##### Zmluvné strany

<b>1.1. Kupujúci:</b>	Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN Ul. gen. M.Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
<b>V zastúpení štatutárneho orgánu</b>	: MUDr. Jozef Ježík, riaditeľ
<b>Bankové spojenie</b>	: Štátna pokladnica Bratislava
<b>Číslo účtu IBAN</b>	: SK8481800000007000177393
<b>IČO</b>	: 319 364 15
<b>DIČ</b>	: 2020590187
<b>IČ DPH</b>	: SK2020590187
<b>Telefón/fax</b>	: 044/438 2663, fax: 438 2683
<b>Osoby oprávnené jednať vo veciach technických a realizačných</b>	: Ing. Lucia Balážová
<b>Telefón</b>	: T:044/438 2603, fax: 044/438 2904

#### 1.2. Predávajúci:

<b>Obchodný názov firmy</b>	:
<b>Miesto a sídlo</b>	:
<b>V zastúpení štatutárneho orgánu</b>	:
<b>Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických</b>	:
<b>Bankové spojenie</b>	:
<b>Číslo účtu</b>	:
<b>IČO</b>	:
<b>IČ pre DPH</b>	:
<b>Tel./fax</b>	:
<b>Zápis v OR</b>	:

**1.3** Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania – zadanie nadlimitnej zákazky ..... v súlade s § 51 Zákona 25 / 2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

#### Čl. 2

##### Predmet zmluvy

- 2.1.** Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu „**Nemocničné lôžka vrátanie príslušenstva**“ (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „tovar“), ktorý je špecifikovaný v čl.4 v bode 4. 1 tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje ho prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu v dohodnutej výške a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 2.2** Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy je jeho výlučným vlastníctvom a je oprávnený s ním zmluvne nakladať. Predávajúci taktiež prehlasuje, že na predmete zmluvy neviaznu žiadne dlhy, záložné práva, vecné bremená alebo iné práva tretích osôb, ktoré by bránili prevodu vlastníckeho práva.
- 2.3** Ak sa v tejto zmluve uvádza dodanie predpokladaného množstva predmetného tovaru na obdobie **24 mesiacov**, toto množstvo sa považuje za približné a nezaväzuje kupujúceho k odobratiu tohto množstva.

#### Čl. 3

##### Čas plnenia

**3.1** Zmluvné strany sa dohodli, že čas plnenia predmetu zákazky uvedeného v čl. 4 bodu 4.1. tejto zmluvy je **24 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na základe záväzných objednávok kupujúceho.

## Čl. 4 Cena predmetu zmluvy

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. V jednotkovej cene je zahrnutý slovenský návod, dokumentácia, zaškolenie obsluhy a doprava do miesta plnenia.

P.c.	Názov predmetu, typ (značka)	Katalógové číslo	Počet MJ	MJ	JC v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
1.	Mechanicky polohovateľné lôžko, 2-dielna ložná plocha, s hrazdou, rukoväťou a matracom		22	ks		
2.	Mechanicky polohovateľné lôžko, 4-dielna ložná plocha, s matracom		7	ks		
3.	Mechanicky polohovateľné lôžko s TR náklonom, s matracom		20	ks		
4.	Mechanicky polohovateľné lôžko s TR náklonom, s hrazdou, rukoväťou a matracom		6	ks		
5.	Štandardné elektrické lôžko s bočnicami, s hrazdou, rukoväťou a matracom		67	ks		
6.	Štandardné elektrické lôžko s hrazdou, rukoväťou a matracom		38	ks		
7.	Štandardné elektrické lôžko s matracom		5	ks		
8.	Elektrické ošetrovateľské lôžko s hrazdou, rukoväťou a matracom		16	ks		
9.	Elektrické ošetrovateľské lôžko s matracom		12	ks		
10.	Elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami s integrovanými ovládačmi, s hrazdou, rukoväťou a matracom		20	ks		
11.	Elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami s matracom		10	ks		
12.	Elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami s hrazdou, rukoväťou a matracom		30	ks		
13.	Elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami s príslušenstvom a matracom		5	ks		
14.	Akútne elektrické lôžko s laterálnym náklonom s príslušenstvom a matracom		2	ks		
15.	Akútne elektrické lôžko s RTG ložnou plochou a integrovanými váhami, s príslušenstvom a matracom		2	ks		
16.	Akútne elektrické lôžko s príslušenstvom a matracom		2	ks		
17.	Novorodenecké lôžko s matracom		5	ks		
18.	Lôžko pre deti do 4 rokov		10	ks		
19.	Akútne elektrické detské lôžko, s príslušenstvom a matracom		4	ks		
20.	Aktívny antidekubitný systém pre pacientov s veľmi vysokým rizikom vzniku dekubitov a existujúcimi dekubitmi až IV. stupňa		2	ks		
21.	Resuscitačné lôžko s laterálnym náklonom a integrovanými váhami		1	ks		
22.	Obojstranný kovový nočný stolík s integrovanou jedálenskou doskou		150	ks		
23.	Obojstranný kovový nočný stolík uzamykateľný s integrovanou jedálenskou doskou		100	ks		
<b>Celková cena bez DPH</b>						

**Celková kúpna cena predmetu zákazky bez DPH**

.- EUR

**DPH 20 % celkom**

.- EUR

**Celková cena predmetu zákazky s DPH**

.- EUR

- 4.2. Celková kúpna cena je konečná a nemenná. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku v zmysle tejto zmluvy.

## Čl. 5

### Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je ÚVN SNP Ružomberok FN, Ul. gen. Miloša Vesela 21, Odbor farmácie a zdravotníckej techniky, 034 26 Ružomberok.
- 5.2 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia podľa bodu 5.1 v množstvách uvedených v záväznej objednávke a v termíne **do 60 dní od obdržania záväznej objednávky**.
- 5.3 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok a technických noriem platných v SR. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste alebo preberacom protokole. Po dodaní a zaškolení personálu začína plynúť záručná doba.
- 5.4 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník poverený vedením oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky alebo iná poverená osoba.
- 5.5 Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu na tel / fax. č. 044/438 2603 – kancelária pracovníka povereného vedením odboru farmácie a zdravotníckej techniky
- 5.6 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia na dodacom liste, resp. preberacom protokole. Okamihom prevzatia predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy.

## Čl. 6

### Povinnosti predávajúceho a záručný servis

- 6.1 Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v dohodnutom rozsahu, v akosti a vyhotovení, ktoré zodpovedá účelu použitia a spĺňa kvalitatívne parametre podľa príslušných platných noriem.
- 6.2 Predávajúci je povinný odovzdať príjemcovi tovaru doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru v slovenskom a anglickom jazyku podľa bodu 6.1.
- 6.3 Predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť kupujúcemu všetky príčiny, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu tejto zmluvy zo strany výrobcu, na základe písomného oznámenia výrobcu. V tomto prípade je povinný navrhnúť náhradné plnenie predmetu zmluvy.
- 6.4 Predávajúci je povinný do 14 dní po obdržaní písomnej reklamácie podať svoje stanovisko k reklamáci.
- 6.5 Predávajúci sa počas záruky **min. 24** mesiacov od spustenia do prevádzky zaväzuje dodržiavať nasledovné dohodnuté servisné podmienky:
- 6.5.1 Servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy
- 6.5.2 Výmenu, nahradenie prístroja alebo jeho časti pri poruchách vyžadujúcich si ich odstránenie dobu dlhšiu ako 5 dní
- 6.5.3 Počas záručnej lehoty sú uvedené servisné činnosti poskytované zdarma.
- 6.5.4 Servisné úkony na dodaný tovar a diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu budú riešené formou novej zmluvy na služby v súlade s doporučením výrobcu a technickou dokumentáciou

## Čl. 7

### Platobné podmienky

- 7.1 Predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar kupujúcemu faktúrou a spolu s dodacím listom ju odovzdá príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarania poverenému zástupcovi kupujúceho.

- 7.2** Faktúra musí byť spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch originálnych výtlačkoch, bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- 7.2.1** Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,
  - 7.2.2** IČO, DIČ, IČ pre DPH predávajúceho a IČO, DIČ, IČ DPH kupujúceho
  - 7.2.3** Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH, DPH celkom, celková cena s DPH
  - 7.2.4** Číslo zmluvy alebo deň jej uzatvorenia
  - 7.2.5** Celková faktúrovaná suma
  - 7.2.6** Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok
- 7.3** Splatnosť faktúry je do **60 dní**. Kupujúci môže po dohode s predávajúcim na základe finančných možností skrátiť lehotu splatnosti.
- 7.4** Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 7.5** Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny.
- 7.6** Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet predávajúceho v termíne splatnosti.
- 7.7** Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.

## **Čl. 8 Povinnosti kupujúceho**

- 8.1** Vady tovaru, ktoré sú zjavné (nezrovnalosti v množstve, porušenosť, úplnosť dodávky) reklamuje kupujúci písomne bez meškania, najneskôr do 10 dní od prevzatia dodávky.
- 8.2** Vady akosti reklamuje kupujúci písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady zistil, najneskôr však do konca záručnej lehoty. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na predmete kúpy v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a kupujúci nemôže predmet kúpy používať.
- 8.3** Všetky vady dodávky je povinný kupujúci reklamovať písomne formou oznámenia o vadách.
- 8.4** Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- 8.4.1** Číslo zmluvy
  - 8.4.2** Názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo)
  - 8.4.3** protokol o vadách ( presný popis väd)
- 8.5** Nároky kupujúceho z väd tovaru:
- 8.5.1** požadovať poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho podľa tejto zmluvy
  - 8.5.2** požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný
  - 8.5.3** požadovať odstránenie vadného tovaru
  - 8.5.4** odstúpiť od zmluvy
- 8.6** Voľbu nároku z väd tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách
- 8.7** Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 14 dní od doručenia oznámenia o vadách.
- 8.8** Pokiaľ predávajúci nesúhlasí s reklamáciou tovaru, ktorú uplatňuje kupujúci v riadnom termíne, prizvú sa na posúdenie závažnosti, rozsahu a príčin vzniknutých chýb odborníci z firmy výrobcu tovaru a nezávislého kontrolného orgánu, ktorí vystavia posudok o skutkovom stave tovaru a určia oprávnenosť reklamácie. Náklady s tým spojené hradí predávajúci. V prípade, že reklamácia bola uplatňovaná neoprávnene, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu takto vzniknuté náklady. Formu a spôsob úhrady škody je vecou dohody oboch zmluvných strán.
- 8.9** Reklamovať vady akosti v priebehu záručnej lehoty je kupujúci oprávnený v prípade, že zo strany kupujúceho boli dodržané všetky podmienky na skladovanie a používanie.

## **Čl. 9 Zmluvné pokuty a úrok z omeškania**

- 9.1** V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, predávajúci je povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý i začatý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.
- 9.2** V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry po lehote splatnosti je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03% z neuhradenej sumy za každý i začatý deň omeškania,
- 9.3** V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v tejto zmluve v dohodnutej lehote, predávajúci je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 6,66 € za každý i začatý deň omeškania.

## **Čl. 10 Odstúpenie od zmluvy**

- 10.1** Zmluva môže byť zmenená alebo ukončená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán. Od zmluvy môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od zmluvy písomne upozornený. V prípade akejkolvek právnej vady na predmete kúpy je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy okamžite odstúpiť. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, pričom odstúpením od zmluvy nie je nijak dotknutý nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania.

## **Čl. 11 Záverečné ustanovenia**

- 11.1** Pokiaľ v kúpnej zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ďalšie platné právne predpisy Slovenskej republiky
- 11.2** Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3** Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.4** Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.
- 11.5** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 11.6** Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 11.7** Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
- 11.8** Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana, ktorá sa rozhodla doručiť svoj písomný prejav vôle druhej zmluvnej strane, je povinná odovzdať svoj písomný prejav vôle druhej zmluvnej strane alebo zaslať svoj písomný prejav vôle na adresu sídla / bydliska druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že zmluvná strana doporučenú poštovú zásielku od druhej zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa táto zásielka za doručenú uplynutím desiatich dní odo dňa jej odoslania na poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany, ktorej bola zásielka určená a odoslaná.
- 11.9** Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov, neplatná.

V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

**11.10** Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.

Za predávajúceho

Za kupujúceho

Dátum:

Dátum:

.....

.....

MUDr. Jozef Ježík  
Riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok - FN