

Názov subjektu: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Sídlo subjektu: Ul. gen. M.Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Záznam z kontroly splnenia požiadaviek na predmet zákazky

(podľa § 42 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.)

Predmet zákazky: **Nemocničné lôžka vrátane príslušenstva**

Druh postupu: verejná súťaž

Označenie vo Vestníku: 19454-MST

Dátum spracovania: 09.10.2014

a) Zoznam všetkých ponúk

P.č.	Obchodné meno uchádzača Adresa sídla uchádzača Identifikácia ponuky (kód, časť)	Splnenie požiadaviek na predmet zákazky
1.	MED PARTNERS, a.s. Hurbanovo námestie 1, Bratislava, 811 06	Uchádzač splnil požiadavky na predmet zákazky - viď prílohy

b) Zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia

Obchodné meno uchádzača Adresa sídla uchádzača Identifikácia ponuky (kód, časť) Dôvod vylúčenia ponuky

Uchádzač nebol vylúčený.

Dňa:

Podpisy členov komisie:

.....
Slobodník Ladislav, MUDr.

.....
Frkáňová Gabriela

.....
Jaroš Jozef, Ing.

.....
Michňa Ľubor, MUDr. Mgr.

Kontrola predložených dokladov požadovaných v súťažných podkladoch

NEMOCNIČNÉ LÔŽKA VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA

Nadlimitná zákazka
Verejná súťaž 19454-MST

Splnenie požiadaviek na predmet zákazky	Ponuka č. 1
	MED PARTNERS a.s. Hurbanovo námestie 1 811 06 Bratislava
zloženie zábezpeky podľa § 42 ods. 1	✓
návrh zmluvy	✓
identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky); číslo bankového účtu; kontaktné telefónne číslo; číslo faxu; email,	✓
vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými obstarávateľskou organizáciou v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,	✓
vyhlásenie uchádzača, ktorým uchádzač potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny	✓
e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii, prostredníctvom ktorej sa uchádzač bude zúčastňovať elektronickej aukcie	✓

V Ružomberku, dňa

Podpisy členov komisie:

Formulár pre zápis hodnotenia členov komisie

NEMOCNIČNÉ LÔŽKA VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA

Nadlimitná zákazka
Verejná súťaž 19454-MST

Komisia bude posudzovať, či predložená ponuka na položku vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri.
Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí min. u jedného parametra že predložená ponuka na položku nevyhovuje, uvedená ponuka bude vylúčená z ďalšieho vyhodnocovania pre nesplnenie kvalitatívnych parametrov (požiadaviek) a nebude zaradená do elektronickej aukcie.

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/NIE
1)	mechanicky polohovateľné lôžko, 2-dielna ložná plocha, s hrazdou, rukoväťou a matracom - 22 ks	
1.	dvojdielna ložná plocha s rozmerom 200 x 85 cm - tvorená kovovými mriežkami	✓
2.	mechanické polohovanie chrbtového dielu - plynovým piestom	
3.	vyberateľné čelá lôžka celoplastové s bezpečnostnou aretáciou a s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	✓
4.	integrované predĺženie lôžka min. 1 x 20 cm v nožnej časti lôžka	
5.	výška ložnej plochy bez matraca max. 50 cm	
6.	koleska o priemere min. 125 mm, 2x s brzdou, 1x bez brzdy, 1x so smerovou aretáciou	
7.	ochranné nárazové kolieska v rohoch lôžka	
8.	univerzálne bočné kovové držiaky na drobné príslušenstvo	
9.	držiaky na hrazdu a infúzny stojan v rohoch lôžka	
10.	nosnosť minimálne 200 kg	
11.	Príslušenstvo:	
12.	hrazda lakovaná	
13.	rukoväť plastová na hrazdu	
14.	Matrac:	
15.	jadro zo studenej PUR peny, s antidekubitným pozdĺžnym a priečnym prierezom	
16.	poťah snímateľný - prešíty zips s ochranou proti znečisteniu a pretekaniu, paropriepustný, vodeodolný, umývateľný do 95°	
17.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
18.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
19.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
20.	nosnosť minimálne 120 kg	

2)	mechanicky polohovateľné lôžko, 4-dielna lôžná plocha, s matracom - 7 ks		✓
1.	štvordielna lôžná plocha s rozmerom 200 x 85 cm - tvorená kovovými lamelami		
2.	mechanické polohovanie chrbtového dielu - plynovým piestom		
3.	mechanické polohovanie stehenného dielu - plynovým piestom		
4.	mechanické polohovanie lýtkového dielu - hrebeňom		
5.	vyberateľné čelá lôžka celoplastové s bezpečnostnou aretáciou a s farebnou výplňou v rôznych dekoroch		
6.	integrované predĺženie lôžka min. 1 x 20 cm v nožnej časti lôžka		
7.	výška lôžnej plochy bez matraca max. 50 cm		
8.	koleska o priemere min. 125 mm, 2x s brzdou, 1x bez brzdy, 1x so smerovou aretáciou		
9.	ochranné nárazové kolieska v rohoch lôžka		
10.	univerzálne bočné kovové držiaky na drobné príslušenstvo		
11.	držiaky na hrazdu a infúzny stojan		
12.	nosnosť minimálne 200 kg		
13.	Príslušenstvo:		
14.	hrazda lakovaná		
15.	rukoväť plastová na hrazdu		
16.	Matrac:		
17.	jadro zo studenej PUR peny, s antidekubitným pozdĺžnym a priečnym prierezom		
18.	pot'ah snímateľný - prešíty zips s ochranou proti znečisteniu a pretekaniu, paropriepustný, vodeodolný, umývateľný do 95°		
19.	materiál pot'ahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch		
20.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov		
21.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm		
22.	nosnosť minimálne 120 kg		
3)	mechanicky polohovateľné lôžko s TR náklonom, s matracom - 20 ks		✓
1.	štvordielna lôžná plocha s rozmerom 200 x 85 cm - tvorená kovovými lamelami		
2.	mechanické polohovanie chrbtového dielu - plynovým piestom		
3.	mechanické polohovanie stehenného dielu - plynovým piestom		
4.	mechanické polohovanie lýtkového dielu - hrebeňom		
5.	vyberateľné čelá lôžka kovové lakované s výplňou HPL v rôznych dekoroch		
6.	integrované predĺženie lôžka min. 1 x 20 cm v nožnej časti lôžka		
7.	výška lôžnej plochy bez matraca max. 50 cm		
8.	koleska o priemere min. 125 mm, 2x s brzdou, 1x bez brzdy, 1x so smerovou aretáciou		
9.	ochranné nárazové kolieska v rohoch lôžka		
10.	kolieska nepresahujúce pôdorys lôžka		
11.	univerzálne bočné kovové držiaky na drobné príslušenstvo		
12.	držiaky na hrazdu a infúzny stojan		

13.	možnosť náklonu lôžnej plochy do Trendelenburg polohy min. 13°	
14.	nosnosť minimálne 170 kg	
15.	Príslušenstvo:	
16.	hrazda lakovaná	
17.	rukoväť plastová na hrazdu	
18.	Matrac:	
19.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m3, s antidekubitným pozdĺžnym a priečnym prierezom	
20.	poťah snímateľný - prešíty zips s ochranou proti znečisteniu a pretekaniu, paropriepustný, vodeodolný, umývateľný do 95°	
21.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
22.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
23.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
24.	nosnosť minimálne 120 kg	
4)	mechanicky polohovateľné lôžko s TR náklonom, s hrazdou, rukoväťou a matracom - 6 ks	✓
1.	štvorcová lôžná plocha s rozmerom 200 x 85 cm - tvorená kovovými lamelami	
2.	mechanické polohovanie chrbtového dielu - plynovým piestom	
3.	mechanické polohovanie stehenného dielu - plynovým piestom	
4.	mechanické polohovanie lýtkového dielu - hrebeňom	
5.	vyberateľné čelá lôžka celoplastové s bezpečnostnou aretáciou a s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
6.	integrovane predĺženie lôžka min. 1 x 20 cm v nožnej časti lôžka	
7.	výška lôžnej plochy bez matraca max. 50 cm	
8.	koleska o priemere min. 125 mm, 2x s brzdou, 1x bez brzdy, 1x so smerovou aretáciou	
9.	ochranné nárazové koleska v rohoch lôžka	
10.	koleska nepresahujúce pôdorys lôžka	
11.	univerzálne bočné kovové držiaky na drobné príslušenstvo	
12.	držiaky na hrazdu a infúzny stojan	
13.	možnosť náklonu lôžnej plochy do Trendelenburg polohy min. 13°	
14.	nosnosť minimálne 170 kg	
15.	Príslušenstvo:	
16.	hrazda lakovaná	
17.	rukoväť plastová na hrazdu	
18.	Matrac:	
19.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m3, s antidekubitným pozdĺžnym a priečnym prierezom	
20.	poťah snímateľný - prešíty zips s ochranou proti znečisteniu a pretekaniu, paropriepustný, vodeodolný, umývateľný do 95°	
21.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
22.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
23.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	

24.	nosnosť minimálne 120 kg		
5)	štandardné elektrické lôžko s bočnicami, s hrazdou, rukoväťou a matracom - 67 ks		✓
1.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 70 cm		
2.	štvordielna ložná plocha najlepšie 200x86 cm, tvorená kovovými mriežkami, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom		
3.	lýtkový diel polohovaný mechanickým rastrom		
4.	integrované predĺženie ložnej plochy minimálne 10 cm		
5.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)		
6.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch		
7.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém		
8.	ochranné kolieska v rohoch lôžka		
9.	potenciálové prepojenie		
10.	integrované 3/4 sklopné lakované bočnice, s dvojitou bezpečnostnou aretáciou proti nechcenému spusteniu		
11.	kolieska nepresahujúce pôdorys lôžka		
12.	kolieska priemer min. 125 mm, min. 2 s brzdou		
13.	ručný ovládač s možnosťou zablokovania polohovania		
14.	univerzálne bočné držiaky na drobné príslušenstvo		
15.	nosnosť lôžka 170 kg		
16.	Príslušenstvo:		
17.	hrazda lakovaná		
18.	plastová rukoväť na hrazdu		
19.	Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov:		
20.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m ³ , s antidekubitným prierezom - zaisťujúce zónovú tuhosť aspoň v troch zónach		
21.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca)		
22.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch		
23.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov		
24.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm		
25.	nosnosť min. 120 kg		
6)	štandardné elektrické lôžko, s hrazdou, rukoväťou a matracom - 38 ks		✓
1.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 70 cm		
2.	štvordielna ložná plocha najlepšie 200x86 cm, tvorená kovovými mriežkami, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom		
3.	lýtkový diel polohovaný mechanickým rastrom		
4.	integrované predĺženie ložnej plochy minimálne 10 cm		

5.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
6.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
7.	držiačky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
8.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
9.	potenciálové prepojenie	
10.	kolieska nepresahujúce pôdorys lôžka	
11.	kolieska priemer min. 125 mm, min. 2 s brzdou	
12.	ručný ovládač s možnosťou zablokovania polohovania	
13.	univerzálne bočné držiačky na drobné príslušenstvo	
14.	nosnosť lôžka 170 kg	
15.	Príslušenstvo:	
16.	hrazda lakovaná	
17.	plastová rukoväť na hrazdu	
18.	Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov:	
19.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m ³ , s antidekubitným prierezom - zaisťujúce zónovú tuhosť aspoň v troch zónach	
20.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca)	
21.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
22.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
23.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
24.	nosnosť min. 120 kg	
7)	štandardné elektrické lôžko s matracom - 5 ks	✓
1.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 70 cm	
2.	štvordielna ložná plocha najlepšie 200x86 cm, tvorená kovovými mriežkami, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
3.	lýtiový diel polohovaný mechanickým rastrom	
4.	integrované predĺženie ložnej plochy minimálne 10 cm	
5.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
6.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
7.	držiačky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
8.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
9.	potenciálové prepojenie	
10.	kolieska nepresahujúce pôdorys lôžka	
11.	kolieska priemer min. 125 mm, min. 2 s brzdou	
12.	ručný ovládač s možnosťou zablokovania polohovania	

13.	univerzálne bočné držiaky na drobné príslušenstvo	
14.	nosnosť lôžka 170 kg	
15.	Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov:	
16.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m ³ , s antidekubitným prierezom - zaisťujúce zónovú tuhosť aspoň v troch zónach	
17.	pot'ah ľahko snímateľný - najlepšie zips s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca)	
18.	materiál pot'ahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
19.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
20.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
21.	nosnosť min. 120 kg	
8)	elektrické ošetrovateľské lôžko s hrazdou, rukoväťou a matracom - 16 ks	✓
1.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 80 cm	
2.	štvordielna lôžná plocha najlepšie 200x86 cm, chrbtový a stehenný diel ovládané elektromotorom	
3.	autoregresia chrbtového a stehenného dielu min. 17 cm	
4.	súčasná polohovanie chrbtového a stehenného dielu jedným tlačidlom	
5.	lôžná plocha z vyberateľných kovových mriežok	
6.	čelá lôžka v imitácii dreva v rôznych dekoroch	
7.	ručný ovládač lôžka s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
8.	kolieska o priemere minimálne 100 mm, individuálne zabrzdiť	
9.	kolieska nepresahujúce pôdorys lôžka	
10.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu	
11.	nosnosť minimálne 205 kg	
12.	celodrevené spustiteľné bočnice s dvojitou ochranou proti nechcenému spusteniu	
13.	lôžko musí byť vyrobené v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
14.	Príslušenstvo:	
15.	hrazda lakovaná	
16.	plastová rukoväť na hrazdu	
17.	Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov:	
18.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m ³ , s antidekubitným prierezom - zaisťujúce zónovú tuhosť aspoň v troch zónach	
19.	pot'ah ľahko snímateľný - najlepšie zips s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca)	
20.	materiál pot'ahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
21.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
22.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	

23.	nosnosť min. 120 kg		
9)	elektrické ošetrovateľské lôžko s matracom - 12 ks		✓
1.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 80 cm		✓
2.	štvordielna lôžná plocha najlepšie 200x86 cm, chrbtový a stehenný diel ovládané elektromotorom		
3.	autoregresia chrbtového a stehenného dielu min. 17 cm		
4.	súčasnú polohovanie chrbtového a stehenného dielu jedným tlačidlom		
5.	lôžná plocha z vyberateľných kovových mriežok		
6.	čelá lôžka v imitácii dreva v rôznych dekoroch		
7.	ručný ovládač lôžka s ochranou proti nechcenému polohovaniu		
8.	koleska o priemere minimálne 100 mm, individuálne zabrzdiťelné		
9.	koleska nepresahujúce podorys lôžka		
10.	držiačky na infúzny stojan, hrazdu		
11.	nosnosť minimálne 205 kg		
12.	celodrevené spustiteľné bočnice s dvojitou ochranou proti nechcenému spusteniu		
13.	lôžko musí byť vyrobené v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52		
14.	Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov:		
15.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m ³ , s antidekubitným prierezom - zaisťujúce zónovú tuhosť aspoň v troch zónach		
16.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca)		
17.	materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch		
18.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov		
19.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm		
20.	nosnosť min. 120 kg		
10)	elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami s integrovanými ovládačmi, s hrazdou, rukoväťou a matracom - 20 ks:		✓
1.	lôžko vyrobené plne v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52		
2.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 70 cm		
3.	štvordielna lôžná plocha najlepšie 200x86 cm, tvorená odnímateľnými plastovými dielmi, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom		
4.	ergonomické polohovanie ložnej plochy - schopnosť eliminovať zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri polohovaní chrbtového a stehenného dielu - 3D autoregresia		
5.	možnosť náklonu do Antitrendelenburgovej polohy min. 13° pomocou elektromotoru		
6.	možnosť náklonu do do Trendelenburgovej polohy min. 13° elektromotorom		
7.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)		
8.	bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorických častí, aby pri preťažení lôžka došlo k automatickému zastaveniu polohovania		

9.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
10.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
11.	potenciálové prepojenie	
12.	zálohová batéria	
13.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
14.	integrované delené odklopné bočnice, najlepšie plastové, s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
15.	bočnice s ochranou proti nechcenému spusteniu a dostatočnou ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením pozdĺž ložnej plochy podľa platných noriem - t.j. medzery medzi bočnicami navzájom a hlavovým čelom maximálne 60 mm	
16.	integrované obojstranné ovládače lôžka v bočniciach s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
17.	kolieska priemer min. 150 mm, centrálné ovládané	
18.	centrálny sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha)	
19.	univerzálne bočné držiaky na drobné príslušenstvo	
20.	Príslušenstvo:	
21.	hrazda lakovaná	
22.	plastová rukoväť na hrazdu	
23.	Pasivny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov:	
24.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 43 kg/m ³ zaisťujúca potrebnú tuhosť aspoň v 3 zónach	
25.	spevnené okraje jadra tuhou penou, min. hustota 40 kg/m ³	
26.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips zo štyroch strán s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca), spoje potahu zabraňujúce priesaku nečistôt do jadra - najlepšie kontinuálne zvarované	
27.	materiál potahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
28.	pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov (Norton 25-21), tlak prevyšujúci 32 mmHg max. na 4% plochy matraca	
29.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
11)	elektrické lôžko s TR/ATR polohou a bočnicami, s matracom - 10 ks:	
1.	lôžko vyrobené plne v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
2.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 70 cm	
3.	štvordielna ložná plocha najlepšie 200x86 cm, tvorená odnímateľnými plastovými dielmi, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
4.	ergonomické polohovanie ložnej plochy - schopnosť eliminovať zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri polohovaní chrbtového a stehenného dielu - 3D autoregresia	
5.	možnosť náklonu do Antitrendelenburgovej polohy min. 13° pomocou elektromotoru	
6.	možnosť náklonu do do Trendelenburgovej polohy min. 13° elektromotorom	
7.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	

8.	bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorických častí, aby pri preťažení lôžka došlo k automatickému zastaveniu polohovania	
9.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
10.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
11.	potenciálové prepojenie	
12.	zálohová batéria	
13.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
14.	integrované delené odklopné bočnice, najlepšie plastové, s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
15.	bočnice s ochranou proti nechcenému spusteniu a dostatočnou ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením pozdĺž ložnej plochy podľa platných noriem - t.j. medzery medzi bočnicami navzájom a hlavovým čelom maximálne 60 mm	
16.	odpojiteľný ručný ovládač s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
17.	kolieska priemer min. 150 mm, centrálné ovládané	
18.	centrálny sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha)	
19.	univerzálne bočné držiaky na drobné príslušenstvo	
20.	Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov:	
21.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 43 kg/m ³ zaisťujúca potrebnú tuhosť aspoň v 3 zónach	
22.	spevnené okraje jadra tuhšou penou, min. hustota 40 kg/m ³	
23.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips zo štyroch strán s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca), spoje poťahu zabraňujúce priesaku nečistôt do jadra - najlepšie kontinuálne zvarované	
24.	materiál poťahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
25.	pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov (Norton 25-21), tlak prevyšujúci 32 mmHg max. na 4% plochy matraca	
26.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
12)	elektrické lôžko s TRIATR polohou a bočnicami, s hrazdou, rukoväťou a matracom - 30 ks:	
1.	lôžko vyrobené pine v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
2.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 70 cm	
3.	štandardná ložná plocha najlepšie 200x86 cm, tvorená odnímateľnými plastovými dielmi, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
4.	ergonomické polohovanie ložnej plochy - schopnosť eliminovať zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri polohovaní chrbtového a stehenného dielu - 3D autoregresia	
5.	možnosť náklonu do Antitrendelenburgovej polohy min. 13° pomocou elektromotoru	
6.	možnosť náklonu do do Trendelenburgovej polohy min. 13° elektromotorom	
7.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	

8.	bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorických častí, aby pri preťažení lôžka došlo k automatickému zastaveniu polohovania	
9.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
10.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
11.	potenciálové prepojenie	
12.	zálohová batéria	
13.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
14.	integrované delené odklopné bočnice, najlepšie plastové, s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
15.	bočnice s ochranou proti nechcenému spusteniu a dostatočnou ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením pozdĺž ložnej plochy podľa platných noriem - t.j. medzery medzi bočnicami navzájom a hlavovým čelom maximálne 60 mm	
16.	odpojiteľný ručný ovládač s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
17.	kolieska priemer min. 150 mm, centrálné ovládané	
18.	centrálny sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha)	
19.	univerzálne bočné držiaky na drobné príslušenstvo	
20.	Príslušenstvo:	
21.	hrazda lakovaná	
22.	plastová rukoväť na hrazdu	
23.	Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov:	
24.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m ³ , s antidekubitným prierezom - zaisťujúce zónovú tuhosť aspoň v troch zónach	
25.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca)	
26.	materiál potahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
27.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
28.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
29.	nosnosť min. 120 kg	
13)	elektrické lôžko s TRI/ATR polohou a bočnicami, s príslušenstvom a matracom - 5 ks:	
1.	lôžko vyrobené plne v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
2.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 70 cm	
3.	štvordielna ložná plocha najlepšie 200x86 cm, tvorená odnímateľnými plastovými dielmi, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
4.	ergonomické polohovanie ložnej plochy - schopnosť eliminovať zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri polohovaní chrbtového a stehenného dielu - 3D autoregresia	
5.	možnosť náklonu do Antitrendelenburgovej polohy min. 13° pomocou elektromotoru	

6.	možnosť náklonu do do Trendelenburgovej polohy min. 13° elektromotorom	
7.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
8.	bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorických častí, aby pri preťažení lôžka došlo k automatickému zastaveniu polohovania	
9.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
10.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
11.	potenciálové prepajenie	
12.	zálohová batéria	
13.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
14.	integrované delené odklopné bočnice, najlepšie plastové, s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
15.	bočnice s ochranou proti nechcenému spusteniu a dostatočnou ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením pozdĺž ložnej plochy podľa platných noriem - t.j. medzery medzi bočnicami navzájom a hlavovým čelom maximálne 60 mm	
16.	odpojiteľný ručný ovládač s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
17.	kolieska priemer min. 150 mm, centrálné ovládané	
18.	centrálny sesterský ovládaci panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha)	
19.	univerzálne bočné držiaky na drobné príslušenstvo	
20.	Príslušenstvo:	
21.	hrazda lakovaná	
22.	plastová rukoväť na hrazdu	
23.	teleskopický infúzny stojan, chrómovaný, umiestniteľný do držiaku na lôžku	
24.	rezový košíček na infúzny stojan	
25.	držiak koša na bažanta, lakovaný	
26.	Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov:	
27.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 43 kg/m ³ zaisťujúca potrebnú tuhosť aspoň v 3 zónach	
28.	spevnené okraje jadra tuhou penou, min. hustota 40 kg/m ³	
29.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips zo štyroch strán s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca), spoje poťahu zabraňujúce priesaku nečistôt do jadra - najlepšie kontinuálne zvarované	
30.	materiál poťahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
31.	pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov (Norton 25-21), tlak prevyšujúci 32 mmHg max. na 4% plochy matraca	
32.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
14)	akútne elektrické lôžko s laterálnym náklonom, s príslušenstvom a matracom - 2 ks:	
1.	lôžko vyrobené plne v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	

2.	velmi stabilný a jednoducho čistiteľný podvozok	
3.	zdvíh lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 45 - 75 cm	
4.	ložná plocha na stĺpových teleskopických jednotkách	
5.	štvordielna ložná plocha najlepšie 200x86 cm, tvorená odnímateľnými plastovými dielmi, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
6.	laterálny náklon min. +/- 15 st. pomocou elektromotoru	
7.	možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 13° a Antitrendelenburgovej polohy min. 13° pomocou elektromotoru	
8.	bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorických častí, aby pri preťažení lôžka došlo k automatickému zastaveniu polohovania	
9.	autoregresia chrbtového dielu min. 10 cm	
10.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
11.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
12.	integrované sklopné lakované bočnice s dvojitou ochranou proti nechcenému spusteniu, najlepšie 3/4 prevedenie	
13.	centrálny sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha, vyšetrovacia poloha)	
14.	ručný ovládač s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
15.	integrované predĺženie lôžka minimálne 10 cm	
16.	koleska s centrálnym ovládaním brzd, priemer 150 mm	
17.	podjazdnosť lôžka 4 cm (žiadna časť lôžka okrem koliesok nesmie byť nad podlahou nižšie ako 4 cm)	
18.	univerzálne držiaky na drobné príslušenstvo	
19.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
20.	ochranné koleska v rohoch lôžka	
21.	zálohová batéria s vlastnou autodiagnostikou kapacity a životnosti	
22.	potenciálové prepojenie	
23.	nosnosť minimálne 200 kg	
24.	nožné ovládače integrované do podvozku pre výškové nastavenie lôžka a s predprogramovanou vyšetrovacou polohou, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
25.	nožné ovládače integrované do podvozku pre laterálny náklon, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
26.	ochranný vankúšik pre laterálny náklon	
27.	Príslušenstvo:	
28.	teleskopický infúzny stojan, chrómovaný, umiestniteľný do držiaku na lôžku	
29.	nerezový košíček na infúzny stojan	
30.	držiak koša na bažanta, lakovaný	
31.	Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov:	
32.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 43 kg/m3 zaisťujúca potrebnú tuhosť aspoň v 3 zónach	

33.	spevnené okraje jadra tuhšou penou, min. hustota 40 kg/m ³	
34.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips zo štyroch strán s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca), spoje potahu zabraňujúce priesaku nečistôt do jadra - najlepšie kontinuálne zvarované	
35.	materiál potahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
36.	pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov (Norton 25-21), tlak prevyšujúci 32 mmHg max. na 4% plochy matrace	
37.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
15)	akútne elektrické lôžko s RTG ložnou plochou a integrovanými váhami, s príslušenstvom a matracom - 2 ks:	✓
1.	lôžko vyrobené plne v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
2.	veľmi stabilný a jednoducho čistiteľný podvozok	
3.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 45 - 75 cm	
4.	ložná plocha na stĺpových teleskopických jednotkách	
5.	štandardná ložná plocha najlepšie 208x86 cm, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
6.	röntgenovateľná ložná plocha s možnosťou umiestnenia RTG kazety pod ložnú plochu	
7.	možnosť plynulého snímania C ramenom pod panvou a chrbtovou časťou tak, aby bolo možné snímanie od krku až po panvovú časť (stĺpová jednotka pod hlavou musí byť max. 20 cm od okraja lôžka)	
8.	ergonomické polohovanie ložnej plochy - schopnosť eliminovať zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri polohovaní chrbtového a stehenného dielu - 3D autoregresia	
9.	možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 13° a Antitrendelenburgovej polohy min. 13° pomocou elektromotoru	
10.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
11.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
	integrované delené odklopné bočnice, najlepšie plastové, pozostávajúce na každej strane z 3 častí, s možnosťou spustenia stredovej bočnice a bočnice pri hlave, tak aby pri zároku v oblasti brušnej dutiny mohli bočnice u hlavy a nôh chrániť pacienta pred pádom z lôžka	
12.	bočnice s ochranou proti nechcenému spusteniu a dostatočnou ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením pozdĺž celej ložnej plochy podľa platných noriem - t.j. medzery medzi bočnicami navzájom a hlavovým čelom maximálne 60 mm	
14.	integrované obojstranné ovládače lôžka v bočniciach s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
15.	výška bočnic nad ložnou plochou (bez matrace) min. 45 cm	
16.	centrálny sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha, vyšetrovacia poloha, mobilizačná poloha)	
17.	integrované predĺženie lôžka minimálne 9 cm	
18.	kolieska s centrálnym ovládaním brzd, priemer 150 mm	
19.	podjazdnosť lôžka 4 cm (žiadna časť lôžka okrem koliesok nesmie byť nad podlahou nižšie ako 4 cm)	
20.	univerzálne držiaky na drobné príslušenstvo	
21.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	

22.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
23.	zálohová batéria s vlastnou autodiagnostikou kapacity a životnosti	
24.	potenciálové prepojenie	
25.	nosnosť minimálne 250 kg	
26.	držiak RTG kazety pod lôžnou plochou, najlepšie bočne vkladný	
27.	integrovateľný váhový systém s možnosťou váženia pacienta v absolútnom a diferenčnom režime	
	nožné ovládače integrované do podvozku pre výškové nastavenie lôžka a s predprogramovanou vyšetrovacou polohou, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
28.		
29.	Príslušenstvo:	
30.	teleskopický infúzny stojan, chrómovaný, umiestniteľný do držiaku na lôžku	
31.	nerezový košíček na infúzny stojan	
32.	držiak koša na bažanta, lakovaný	
33.	držiak privodných trubic	
34.	Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov so stredným rizikom vzniku dekubitov:	
35.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 50 kg/m ³ zaisťujúca potrebnú tuhosť	
36.	na povrchu jadra vrstva z viskoelastickej peny - min. hustota 80kg/m ³	
	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips so štyroch strán s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca), spoje poťahu zabraňujúce priesaku nečistôt do jadra - najlepšie kontinuálne zvarované	
37.	materiál poťahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
38.		
39.	pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov (Norton 20-17)	
40.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
16)	akútne elektrické lôžko, s príslušenstvom a matracom - 2 ks:	
1.	lôžko vyrobené plne v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
2.	veľmi stabilný a jednoducho čistiteľný podvozok	
3.	zdvíh lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 75 cm	
4.	ložná plocha na slúpkových teleskopických jednotkách	
	štvordielna ložná plocha najlepšie 208x86 cm, tvorená odnímateľnými dielmi, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
5.		
	ergonomické polohovanie ložnej plochy - schopnosť eliminovať zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri polohovaní chrbtového a stehenného dielu - 3D autoregresia	
6.		
7.	možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 13° a Antitrendelenburgovej polohy min. 13° pomocou elektromotoru	
8.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
9.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
	integrované delené odklopné bočnice, najlepšie plastové, pozostávajúce na každej strane z 3 častí, s možnosťou spustenia stredovej bočnice a bočnice pri hlave, tak aby pri zákroku v oblasti brušnej dutiny mohli bočnice u hlavy a nôh chrániť pacienta pred pádom z lôžka	
10.		

11.	bočnice s ochranou proti nechcenému spusteniu a dostatočnou ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením pozdĺž celej ložnej plochy podľa platných noriem - t.j. medzery medzi bočnicami navzájom a hlavovým čelom maximálne 60 mm	
12.	výška bočnic nad ložnou plochou (bez matrace) min. 45 cm	
13.	centrálny sesterský ovládaci panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha, vyšetrovacia poloha, mobilizačná poloha)	
14.	integrované obojstranné ovládače lôžka v bočniciach s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
15.	integrované predĺženie lôžka minimálne 9 cm	
16.	koleska s centrálnym ovládaním báz, priemer 150 mm	
17.	podjazdnosť lôžka 4 cm (žiadna časť lôžka okrem koliesok nesmie byť nad podlahou nižšie ako 4 cm)	
18.	univerzálne držiaky na drobné príslušenstvo	
19.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
20.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
21.	zálohová batéria s vlastnou autodiagnostikou kapacity a životnosti	
22.	potenciálové prepojenie	
23.	nosnosť minimálne 250 kg	
24.	nožné ovládače integrované do podvozku pre výškové nastavenie lôžka a s predprogramovanou vyšetrovacou polohou, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
25.	Príslušenstvo:	
26.	teleskopický infúzny stojan, chrómovaný, umiestniteľný do držiaku na lôžku	
27.	nerezový košíček na infúzny stojan	
28.	držiak koša na bažanta, lakovaný	
29.	držiak prírodných trubic	
30.	Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov so stredným rizikom vzniku dekubitov:	
31.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 50 kg/m ³ zaisťujúca potrebnú tuhosť	
32.	na povrchu jadra vrstva z viskoelastickej peny - min. hustota 80kg/m ³	
33.	potah ľahko snímateľný - najlepšie zips zo štyroch strán s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca), spoje potahu zabraňujúce priesaku nečistôt do jadra - najlepšie kontinuálne zvarované	
34.	materiál potahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
35.	pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov (Norton 20-17)	
36.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
17)	novorodenecké lôžko s matracom - 5 ks:	✓
1.	kovová lakovaná konštrukcia lôžka, možnosť rôzneho farebného riešenia	
2.	zdvih ložnej plochy posilovaný plynovou pružinou	
3.	plynulé naklápanie ložnej plochy s aretáciou	
4.	ložná plocha - najlepšie ako vyberateľná transparentná vanička	

5.	kolieska najlepšie 65 mm, min. 2 s brzdou	
6.	matrac s jadrom z PUR peny	
7.	poťah matracu paropriepustný, vodovzdorný, dezinfikovateľný	
18)	lôžko pre deti do 4 rokov - 10 ks:	✓
1.	kovová lakovaná konštrukcia lôžka, možnosť rôzneho farebného riešenia	
2.	ložná plocha dvojdielna, najlepšie z vovarených sietí	
3.	zdvih a náklony ložnej plochy mechanické pomocou rastrov	
4.	chrbtový diel polohovateľný šraubovým mechanizmom	
5.	rozmery ložnej plochy najlepšie 140x70 cm	
6.	pevné čelá, tvorené najlepšie zvislými tyčkami	
7.	4 brzdiťelné kolieska o priemere najlepšie 100 mm	
8.	integrované spustiteľné bočnice tvorené najlepšie zvislými tyčkami, aretovateľné a s ochranou proti nechcenému spusteniu	
9.	2x držiak na infúzny stojan	
10.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
11.	odkladací košík pod ložnou plochou	
12.	infúzny stojan upevniteľný do držiaku na lôžku	
13.	matrac s jadrom z PUR peny	
14.	poťah matracu paropriepustný, vodovzdorný, dezinfikovateľný	
19)	akútne elektrické detské lôžko, s príslušenstvom a matracom - 4 ks:	✓
1.	veľmi stabilný a jednoducho čistiteľný podvozok	
2.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 40 - 75 cm	
3.	lužná plocha na stĺpových teleskopických jednotkách	
4.	štandardná ložná plocha najlepšie 170 x 80 cm, chrbtový a stehenný diel ovládaný elektromotorom	
5.	možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 13° a Antitrendelenburgovej polohy min. 13° pomocou elektromotoru	
6.	bezpečnostný systém proti pretiaženiu jednotlivých motorických častí, aby pri preťažení lôžka došlo k automatickému zastaveniu polohovania	
7.	autoregresia chrbtového dielu min. 10 cm	
8.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
9.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
10.	centrálny sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha)	
11.	zálohová batéria s vlastnou autodiagnostikou kapacity a životnosti	
12.	kolieska s centrálnym ovládaním brzd, priemer 150 mm	
13.	podjazdnosť lôžka 4 cm (žiadna časť lôžka okrem koliesok nesmie byť nad podlahou nižšie ako 4 cm)	

14.	univerzálne držiaky na drobné príslušenstvo	
15.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
16.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
17.	nosnosť minimálne 180 kg	
18.	potenciálové prepojenie	
19.	integrované sklopné lakované bočnice s dvojitou ochranou proti nechcenému spusteniu, najlepšie 3/4 prevedenie	
20.	Príslušenstvo:	
21.	hrazda lakovaná	
22.	plastová rukoväť na hrazdu	
23.	teleskopický infúzny stojan, chrómovaný, umiestniteľný do držiaku na lôžku	
24.	nerezový košíček na infúzny stojan	
25.	držiak koša na bažanta, lakovaný	
26.	Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov:	
27.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m ³ , s antidekubitným prierezom - zaisťujúce zónovú tuhosť aspoň v troch zónach	
28.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca)	
29.	materiál potahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
30.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
31.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
32.	nosnosť min. 120 kg	
20)	aktívny antidekubitný systém pre pacientov s veľmi vysokým rizikom vzniku dekubitov a existujúcimi dekubitmi až IV. stupňa - 2 ks:	✓
1.	prie veľmi vysoké riziko dekubitov a podporu liečby už vzniknutých dekubitov až IV. stupňa	
2.	možnosť voľby režimov: alternujúci, maximálny tlak, konštantne nízky tlak (CLP)	
3.	možnosť transportu pacienta bez kompresoru až 24 hodín	
4.	systém striedania tlaku v celách minimálne 3-1	
5.	usporiadanie čiel do kompaktných modulov zaberaajúcich zapadaniu pacienta medzi cely pri polohovaní	
6.	perióda striedania tlaku v celách najlepšie 7,5 minúty	
7.	možnosť rýchleho vypustenia CPR	
8.	automatické nastavenie tlaku v celách	
9.	automatická kompenzácia tlaku v celách pri polohovaní	
10.	systém ochrany pred nežiadúcou manipuláciou a chybným nastavením	
11.	nosnosť minimálne 250 kg	
12.	alarm v prípade výpadku napájania	
13.	poťah ľahko snímateľný - zips najlepšie zo všetkých strán, paropriepustný, vodovzdorný, s ochranou proti znečisteniu jadra - najlepšie kontinuálne zvarovaný, antibakteriálny	

14.	rozmer podľa lôžka, výška minimálne 230 mm	
21)	resuscitačné lôžko s laterálnym náklonom a integrovanými váhami – 1 ks	✓
1.	lôžko vyrobené plne v súlade s bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52	
2.	veľmi stabilný a jednoducho čistiteľný podvozok,	
3.	zdvih lôžka pomocou elektromotoru v rozsahu min. 35 cm od najnižšej polohy vo výške max. 45 cm	
4.	ložná plocha na stĺpových teleskopických jednotkách	
5.	štvdorielna ložná plocha najlepšie 208x86 cm, chrbtový, stehenný a lýtkový diel ovládaný elektromotorom	
6.	laterálny náklon min. +/- 30 st. pomocou elektromotoru	
	automatický laterálny náklon s programovateľným nastavením uhlov laterálneho náklonu a časovými cyklami pre zaistenie	
7.	prevencie ventilátorovej pneumónie	
8.	röntgenovateľná ložná plocha s možnosťou umiestnenia RTG kazety pod ložnú plochu	
	možnosť plynulého snímania C ramenom pod panvou a chrbtovou časťou tak, aby bolo možné snímanie od krku až po	
9.	panvovú časť (stĺpová jednotka pod hlavou musí byť max. 20 cm od okraja lôžka)	
10.	podjazdnosť lôžka 4 cm (žiadna časť lôžka okrem koliesok nesmie byť nad podlahou nižšie ako 4 cm)	
	ergonomické polohovanie ložnej plochy - schopnosť eliminovať zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri polohovaní chrbtového	
11.	a stehenného dielu - 3D autoregresia	
12.	možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 13° a Antitrendelenburgovej polohy min. 15° pomocou elektromotoru	
13.	možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	
14.	vyberateľné čelá, najlepšie celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	
	integrované delené odklopné bočnice, najlepšie plastové, s ochranou proti nechcenému spusteniu a dostatočnou ochranou	
	pacienta pred pádom či zakliesnením podľa platných noriem - t.j. medzery medzi bočnicami navzájom a hlavovým čelom	
15.	maximálne 60 mm	
	možnosť odklopenia postranice v oblasti hrudníku, tak aby ostatné postranice v oblasti hlavy a nôh zostali v hornej polohe	
16.	(ochrana pacienta)	
17.	výška bočnic nad ložnou plochou (bez matrace) min. 45 cm	
	hlavný sesterský ovládaci LCD dotykový panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu a možnosťou zablokovania	
	ovládania proti nežiadúcej manipulácii, s predprogramovanými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, ortopnoické	
18.	kreslo)	
	lôžko musí byť vybavené displejom, ktorý bude zobrazovať: krivku trendu hmotnosti, programovanie automatického	
19.	laterálneho náklonu, možnosti nastavenia a blokovania polôh	
20.	integrované obojstranné ovládače lôžka v bočniciach s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
21.	integrované predĺženie lôžka minimálne 15 cm	
22.	kolieska s centrálnym ovládaním bŕzd, priemer 150 mm	
23.	piate koliesko pre lepšiu manipuláciu s lôžkom	
24.	automatické zabrzdzenie lôžka	
25.	univerzálne držiaky na drobné príslušenstvo	

26.	držiaky na infúzny stojan, hrazdu a extenzný systém	
27.	ochranné kolieska v rohoch lôžka	
28.	zálohová batéria s vlastnou autodiagnostikou kapacity a životnosti	
29.	nosnosť minimálne 250 kg	
30.	potenciálové prepojenie	
31.	integrovateľný váhový systém s možnosťou váženia pacienta v absolútnom a diferenčnom režime, s automatickým ukladaním nameraných hodnôt	
32.	držiak RTG kazety pod lôžnou plochou	
33.	nožné ovládače integrované do podvozku pre výškové nastavenie lôžka a s predprogramovanou vyšetrovacou polohou, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
34.	nožné ovládače integrované do podvozku pre laterálny náklon lôžka, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	
35.	mobilizačné madlá po obidvoch stranách lôžka s integrovaným ovládačom výšky lôžnej plochy	
36.	nočné podsvietenie lôžka	
37.	Príslušenstvo:	
38.	infúzny stojan, chrómovaný	
39.	nerezový košíček na inf. fľaše	
40.	polička na monitor	
41.	držiak kyslíkovej fľaše	
42.	držiak kanýl	
43.	Pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov:	
44.	jadro zo studenej PUR peny, min. hustota 40 kg/m ³ , s antidekubitným prierezom - zaisťujúce zónovú tuhosť aspoň v troch zónach	
45.	poťah ľahko snímateľný - najlepšie zips s ochranou proti znečisteniu, paropriepustný, vodovzdorný (min. 2000mm vodného stĺpca)	
46.	materiál potahu dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	
47.	pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov	
48.	rozmer podľa lôžka, hrúbka min. 14 cm	
49.	nosnosť min. 120 kg	
22)	obojsstranný kovový nočný stolík s integrovanou jedálenskou doskou - 150 ks:	✓
1.	pojízdný, obojsstranný kovový stolík k lôžku	
2.	korpus z pozinkovaného lakovaného plechu	
3.	integrovaná výšková nastaviteľná jedálenská doska, jednoducho ovládateľná, s posilovaním plynovou pružinou, naklopiteľná pre čítanie a písanie	
4.	povrchová úprava zabezpečujúca vysokú odolnosť rámu proti oderom pri nárazoch	
5.	odolná horná doska najlepšie z HPL (vysokotlakového laminátu)	
6.	dvojité kolieska 75 mm, min. 2 zabrzdiťelné	

7.	prevedenie stolíku - horná zásuvka, prostredná nika, skrinka s dvierkami	
8.	stolík dobre čistiteľný, vnútro zásuviek vyberateľné	
9.	design zodpovedajúci lôžku	
23)	obojsstranný kovový nočný stolík uzamykateľný s integrovanou jedálenskou doskou - 100 ks:	
1.	pojízdný obojsstranný kovový stolík k lôžku	✓
2.	kovový korpus	
3.	Integrovaná výškovo nastaviteľná jedálenská doska, jednoduché ovládanie plynovým piestom	
4.	jedálenská doska s obojsstranným náklonom	
5.	odkladacia doska s ABS plastu	
6.	dvojité kolieska s priemerom min. 65 mm samostatne brzdiťelné	
7.	prevedenie - horná zásuvka, odkladacia polička, skrinka s dvierkami, polička na obuv	
8.	držiak uteráku	
9.	uzamykateľný odkladací priestor	

Dňa:

Podpisy členov komisie:

.....
Slobodník Ladislav, MUDr.

.....
Michňa Lubor, MUDr. Mgr.

.....
Jaroš Jozef, Ing.

.....
Frkáňová Gabriela