

Názov subjektu: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Sídlo subjektu: Ul. gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Záznam z kontroly splnenia požiadaviek na predmet zákazky

(podľa § 42 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.)

Predmet zákazky: **Automatický dezinfektor pre endoskopické pracovisko**

Druh postupu: postup podľa § 100 a § 102

Označenie vo Vestníku: 22223-WYT

Dátum spracovania: 14.10.2014

a) Zoznam všetkých ponúk

P.č.	Obchodné meno uchádzača Adresa sídla uchádzača Identifikácia ponuky (kód, časť)	Splnenie požiadaviek na predmet zákazky
1.	ULTRAMED, s.r.o. Š. Moyzesa 431/14, Žiar nad Hronom, 965 01	Uchádzač splnil požiadavky na predmet zákazky - viď príloha

b) Zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia

Obchodné meno uchádzača Adresa sídla uchádzača Identifikácia ponuky (kód, časť) Dôvod vylúčenia ponuky

Ponuka nebola vylúčená.

Dňa:

Podpisy členov komisie:

.....
Záň Jozef, MUDr., PhD.

.....
Frkáňová Gabriela

.....
Jaroš Jozef, Ing.

Kontrola predložených dokladov požadovaných v súťažných podkladoch

AUTOMATICKÝ DEZINFEKTOR PRE ENDOSKOPICKÉ PRACOVISKO

Podlimitná zákazka
22223-WYT

Splnenie požiadaviek na predmet zákazky	Ponuka č. 1
	ULTRAMED, s.r.o. Š. Moyzesa 431/14, 965 01 Moravany nad Váhom
návrh zmluvy	
identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača; IČO DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky); číslo bankového účtu; kontaktné telefónne číslo; číslo faxu; email,	✓
vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami zadávania podlimitnej zákazky určenými obstarávateľskou organizáciou v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,	✓
vyhlásenie uchádzača, ktorým uchádzač potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny	✓
e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii , prostredníctvom ktorej sa uchádzač bude zúčastňovať elektronickej aukcie	✓

V Ružomberku, dňa

Podpisy členov komisie:



Formulár pre zápis hodnotenia členov komisie

AUTOMATICKÝ DEZINFEKTOR PRE ENDOSKOPICKÉ PRACOVISKO

Podlimitná zákazka
22223-WYT

Člen komisie: **MUDr. Jozef Záh, PhD.**

Komisia bude posudzovať, či predložená ponuka na položku vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri.

Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí min. u jedného parametra, že predložená ponuka na položku nevyhovuje, uvedená ponuka bude vylúčená z ďalšieho vyhodnocovania pre nesplnenie vylúčená z ďalšieho vyhodnocovania pre nesplnenie kvalitatívnych parametrov (požiadaviek) a nebude zaradená do elektronickej aukcie.

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/NIE
1.	plne automatizovaný dezinfektor dvoch flexibilných endoskopov podporujúci glutaraldehýdový proces čistenia a dezinfekcie endoskopov	ÁNO
2.	termochemická dezinfekcia endoskopov s predčistením studenou vodou a následným presným dávkovaním chemikálií	ÁNO
3.	cyklus pozostávajúci zo 4 procesov: test tesnosti prístroja – čistenie prístroja – dezinfekcia prístroja – sušenie prístroja	ÁNO
4.	volumetrická kontrola dávkovania chemikálie	ÁNO
5.	permanentná kontrola tesnosti /neporušenosti/ endoskopu zabudovaným testerom tesnosti	ÁNO
6.	v prípade zistenia poruchy endoskopu, dezinfektor túto poruchu signalizuje a zastaví ďalší proces dezinfekcie	ÁNO
7.	permanentná kontrola hladiny čistiaceho a dezinfekčného roztoku v kontajneroch	ÁNO
8.	permanentná kontrola vody v čistiacej komore	ÁNO
9.	nezávislá kontrola teploty	ÁNO
10.	zabudovaná UV jednotka pre lokalizáciu a zaistenie dekontaminácie vstupnej vody	ÁNO
11.	dezinfekčný nerezový kôš na dva flexibilné endoskopy /každý prístroj je umiestnený v jednom koši a to tak, že sa jeho jednotlivé časti navzájom nedotýkajú	ÁNO
12.	komfortné a bezpečné uloženie prístroja v dezinfekčnom koši	ÁNO
13.	zmäkčovač vody	ÁNO
14.	vonkajší obal z nehrdzavejúcej ocele	ÁNO
15.	veľkosť dezinfektora: max 900mm x max 600mm x max 850 mm	ÁNO
16.	objem čistiacej komory: 165 litrov	ÁNO
17.	elektrické napätie: 400V	ÁNO

V Ružomberku, dňa: 12.11.2014

Podpis člena komisie:

MUDr. Jozef Záh, PhD.

Formulár pre zápis hodnotenia členov komisie

AUTOMATICKÝ DEZINFEKTOR PRE ENDOSKOPICKÉ PRACOVISKO

Podlimitná zákazka
22223-WYT

Člen komisie: **Ing. Jozef Jaroš**

Komisia bude posudzovať, či predložená ponuka na položku vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri.

Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí min. u jedného parametra, že predložená ponuka na položku nevyhovuje, uvedená ponuka bude vylúčená z ďalšieho vyhodnocovania pre nesplnenie vylúčená z ďalšieho vyhodnocovania pre nesplnenie kvalitatívnych parametrov (požiadaviek) a nebude zaradená do elektronickej aukcie.

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/NIE
1.	plne automatizovaný dezinfektor dvoch flexibilných endoskopov podporujúci glutaraldehycvý proces čistenia a dezinfekcie endoskopov	ÁNO
2.	termochemická dezinfekcia endoskopov s predčistením studenou vodou a následným presným dávkovaním chemikálií	ÁNO
3.	cyklus pozostávajúci zo 4 procesov: test tesnosti prístroja – čistenie prístroja – dezinfekcia prístroja – sušenie prístroja	ÁNO
4.	volumetrická kontrola dávkovania chemikálie	ÁNO
5.	permanentná kontrola tesnosti /neporušenosti/ endoskopu zabudovaným testerom tesnosti	ÁNO
6.	v prípade zistenia poruchy endoskopu, dezinfektor túto poruchu signalizuje a zastaví ďalší proces dezinfekcie	ÁNO
7.	permanentná kontrola hladiny čistiaceho a dezinfekčného roztoku v kontajneroch	ÁNO
8.	permanentná kontrola vody v čistiacej komore	ÁNO
9.	nezávislá kontrola teploty	ÁNO
10.	zabudovaná UV jednotka pre lokalizáciu a zaistenie dekontaminácie vstupnej vody	ÁNO
11.	dezinfekčný nerezový kôš na dva flexibilné endoskopy /každý prístroj je umiestnený v jednom koši a to tak, že sa jeho jednotlivé časti navzájom nedotýkajú	ÁNO
12.	komfortné a bezpečné uloženie prístroja v dezinfekčnom koši	ÁNO
13.	zmäkčovač vody	ÁNO
14.	vonkajší obal z nehrdzavejúcej ocele	ÁNO
15.	veľkosť dezinfektora: max 900mm x max 600mm x max 850 mm	ÁNO
16.	objem čistiacej komory: 165 litrov	ÁNO
17.	elektrické napätie: 400V	ÁNO

V Ružomberku, dňa: 14. 12. 2017

Podpis člena komisie:

Ing. Jozef Jaroš

Formulár pre zápis hodnotenia členov komisie

AUTOMATICKÝ DEZINFEKTOR PRE ENDOSKOPICKÉ PRACOVISKO

Podlimitná zákazka
22223-WYT

Člen komisie: **Gabriela Frkáňová**

Komisia bude posudzovať, či predložená ponuka na položku vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri.

Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí min. u jedného parametra, že predložená ponuka na položku nevyhovuje, uvedená ponuka bude vylúčená z ďalšieho vyhodnocovania pre nesplnenie vylúčená z ďalšieho vyhodnocovania pre nesplnenie kvalitatívnych parametrov (požiadaviek) a nebude zaradená do elektronickej aukcie.

Č.p.	Názov parametra	Ponúkol ÁNO/NIE
1.	plne automatizovaný dezinfektor dvoch flexibilných endoskopov podporujúci glutaraldehycový proces čistenia a dezinfekcie endoskopov	ÁNO
2.	termochemická dezinfekcia endoskopov s predčistením studenou vodou a následným presným dávkovaním chemikálií	ÁNO
3.	cyklus pozostávajúci zo 4 procesov: test tesnosti prístroja – čistenie prístroja – dezinfekcia prístroja – sušenie prístroja	ÁNO
4.	volumetrická kontrola dávkovania chemikálie	ÁNO
5.	permanentná kontrola tesnosti /neporušenosti/ endoskopu zabudovaným testerom tesnosti	ÁNO
6.	v prípade zistenia poruchy endoskopu, dezinfektor túto poruchu signalizuje a zastaví ďalší proces dezinfekcie	ÁNO
7.	permanentná kontrola hladiny čistiaceho a dezinfekčného roztoku v kontajneroch	ÁNO
8.	permanentná kontrola vody v čistiacej komore	ÁNO
9.	nezávislá kontrola teploty	ÁNO
10.	zabudovaná UV jednotka pre lokalizáciu a zaistenie dekontaminácie vstupnej vody	ÁNO
11.	dezinfekčný nerezový kôš na dva flexibilné endoskopy /každý prístroj je umiestnený v jednom koši a to tak, že sa jeho jednotlivé časti navzájom nedotýkajú	ÁNO
12.	komfortné a bezpečné uloženie prístroja v dezinfekčnom koši	ÁNO
13.	zmäkčovač vody	ÁNO
14.	vonkajší obal z nehrdzavejúcej ocele	ÁNO
15.	veľkosť dezinfektora: max 900mm x max 600mm x max 850 mm	ÁNO
16.	objem čistiacej komory: 165 litrov	ÁNO
17.	elektrické napätie: 400V	ÁNO

V Ružomberku, dňa:

Podpis člena komisie:



.....
Gabriela Frkáňová