

UVN-4-109/2014_106/2-3

Zápisnica z kontroly ponúk

v súvislosti § 42 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov zákazky: Mobilný operačný stôl pre ortopedické využitie

Postup verejného obstarávania: postup podľa § 100 a § 102

Zákazka z hľadiska limitu:

Druh predmetu: tovar

I. Členovia komisie

V súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) bola na otvorenie a vyhodnotenie ponúk menovaná komisia.

Členovia komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk:

administrátor procesu VO: Almášiová Anna

predseda komisie: Oslanec Daniel, MUDr.

člen komisie: Masaryk Vladimír, MUDr., PhD.

II. Predkladanie a otváranie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 08.07.2014 o 12:00 hod.. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je 4.

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je nasledovný:

1/ MED PARTNERS, a.s., Hurbanovo námestie 1, 81105 Bratislava

2/ MAQUET MEDIZINTECHNIK, o.z., Pribinova 25, 81109 Bratislava

3/ E-BA tpz, spol. s r.o., Votrubova 11, 82109 Bratislava

4/ RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica

Otváranie ponúk sa uskutočnilo dňa 09.07.2014 o 10:00 hod. v priestoroch: a priebeh otvárania ponúk je zdokumentovaný v zápisnici z otvárania ponúk. Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným vyhlásením, že nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie.

III. Priebeh kontroly splnenia podmienok účasti

Komisia posudzovala splnenie podmienok účasti v súlade s ustanovením § 33 zákona. Komisia kontrolovala ponuky v zmysle požadovaných podmienok účasti a za každého uchádzača posudzovala samostatne každý predložený doklad. Na základe posúdenia predložených dokladov komisia konštatovala, či uchádzač splnil alebo nesplnil podmienky účasti. Výsledky kontroly splnenia podmienok účasti sú obsahom zápisnice z kontroly splnenia podmienok účasti, ktorá je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní.

IV. Priebeh kontroly ponúk

Vyhodnocovanie ponúk komisiou bolo neverejné. V súlade s § 42 ods. 1 zákona komisia hodnotila ponuky z hľadiska splnenia špecifikovaných požiadaviek na predmet zákazky.

V. Vylúčené ponuky

4/ RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica

Odôvodnenie: V súťažných podkladoch v časti B1 opis predmetu zákazky boli požadované minimálne parametre

Požadované: výšková nastaviteľnosť v rozsahu **685 až 1140 mm**

Ponúknuté: **650 až 1110 mm**

Požadované: elektronické ovládanie operačného stola, diaľkový ovládač s možnosťou ovládania bez pripojenia káblom technológiou Bluetooth s LCD displejom

Ponúknuté: **bez LCD displeja**

Požadované: Trendelenburg/Antitrendelenburg v minimálnom rozsahu **45°/30°**

Ponúknuté: **35°/35° - nevyhovuje**

Požadované: polohovanie chrbtovej sekcie v minimálnom rozsahu **+90°/-90°**

Ponúknuté: **+45°/-80° - nevyhovuje**

Požadované: operačný stôl musí mať pozdĺžny posun operačnej dosky min. **450 mm**

Ponúknuté: **410 mm - nevyhovuje**

Požadované: podložka nôh delená na dva segmenty pre každú nohu, v min. rozsahu **+90°/-90°**, výkyvné do strany min. 60°, nezávisle nastaviteľné podložky nôh s ozubenými kĺbmi pre nastavenie polohovania

Ponúknuté: **+70°/-105° - nevyhovuje**

VI. Zoznam ponúk, ktoré neboli vylúčené a ktoré budú vyhodnocované podľa určených kritérií

1/ MED PARTNERS, a.s., Hurbanovo námestie 1, 81105 Bratislava

2/ MAQUET MEDIZINTECHNIK, o.z., Pribinova 25, 81109 Bratislava

3/ E-BA tpz, spol. s r.o., Votrubova 11, 82109 Bratislava

Zápisnicu spracoval(a): Almášiová Anna dňa: 21.07.2014

podpis:

Podpisy členov komisie:

administrátor procesu VO: Almášiová Anna

predseda komisie: Oslanec Daniel, MUDr.

člen komisie: Masaryk Vladimír, MUDr., PhD.

Názov subjektu: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Ul. gen. M. Vesela 21, 034 26
Sídlo subjektu: Ružomberok

UVN-4-109/2014_106/

Formulár pre zápis hodnotenia člena komisie

Člen komisie:

Predmet zákazky: Mobilný operačný stôl pre ortopedické využitie

Podlimitná zákazka
Druh postupu: Verejná súťaž 11385-WYT

Člen komisie bude posudzovať, či predložená ponuka na položku vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri. Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí min. u jedného parametra, že predložená ponuka na položku nevyhovuje, uvedená ponuka bude vylúčená z ďalšieho vyhodnocovania pre nesplnenie kvalitatívnych parametrov (požiadaviek) a nebude zaradená do elektronickej aukcie.

	Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4
Mobilný operačný stôl pre ortopedické využitie	MED PARTNERS a.s. Hurbanovo nám. 1, 811 05 Bratislava	MAQUET MEDIZINTECHNIK, o.z., Pribinova 25 811 09 Bratislava	E-BA tpz Votrubova 11, 821 09 Bratislava	RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
Minimálne požiadavky na predmet zákazky	<p>Mobilný operačný stôl s pevnou operačnou doskou, cirkulárnym pokrývaním (hadzár/hadzák, Heraklemburg, Antirendelburg, laterálne naklony, pozdĺžny posun, chrbtovo sekcia), ostatné polohy stola mechanicky, výšková nastaviteľnosť v rozsahu 685 až 1140 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimálne 5-segmentová operačná doska, minimálna šírka operačnej dosky 520 mm - súčasťou operačného stola musí byť predĺžovací chrbtový nástavec (segment) - plne RIG-transparentná operačná doska - pripojovanie a odpojenie jednotlivých segmentov bez nutnosti skrútkovania - systém k zaisteniu stability stola musí vyrovnávať nerovnosti podlahy min. o 8 mm - elektronické ovládanie operačného stola, diaľkový ovládač s možnosťou ovládania bez pripojenia káblom technológiou Bluetooth s LCD displejom - záložné (nudzové) ovládanie na základni stola, indikácia aktuálneho stavu batérii na diaľkovom ovládači s možnosťou nastavenia 0 polohy 			
	Vyhovuje/nehovuje	Vyhovuje/nehovuje	Vyhovuje/nehovuje	Vyhovuje/nehovuje

<p>komfortný prístup operátora k pacientovi</p> <p>možnosť obojstranného zostavenia operačnej dosky (t.j. zamenia hlavového segmentu za nožný segment a opačne)</p> <p>Trendelenburg/Anitrendelenburg v minimálnom rozsahu 45°/30°</p> <p>laterálny náklon na obidve strany v minimálnom rozsahu 25°</p> <p>polohovanie chrbtovej sekcie v minimálnom rozsahu +90°-90°</p> <p>operačný stôl musí mať pozdĺžny posun operačnej dosky min. 450 mm</p> <p>hlavový segment operačného stola musí mať dvojklbovú nastavitelnosť</p> <p>podložka noh delená na dva segmenty pre každú nohu v min. rozsahu +90°/90°, vykyvné do strany min. 60°, nezávisle nastaviteľné podložky noh s ozubenými kĺbmi pre nastavenie polohovania</p> <p>minimálna nosnosť operačného stola 270 kg vo všetkých nastaviteľných polohách a pozíciách, minimálne 400 kg v centrálnej (mlkovej) polohe</p> <p>jednoduché odňatie matracov operačného stola, jednoduchá udržba a hygiena (bezošvé matrace)</p> <p>operačný stôl musí umožniť nastavenie do sediacej polohy</p>			
<p>Príslušenstvo</p> <p>1 ks rigidný anesteziologický rám</p> <p>1 ks ťažký drabek ruky (dlhá)</p> <p>1 ks infúzna opierka ruky polohovateľná, výškovo a laterálne nastaviteľná</p> <p>1 ks popruh na fixáciu tela pacienta</p> <p>1 ks popliteálna podpora</p> <p>8 ks bočná opierka nastaviteľná vrátane 2 ks dvojramennej opierky</p> <p>2 páry predlžovacie entrolísty</p> <p>14 ks radiálna svorka pre uchytenie príslušenstva</p>			
<p>Zariadenie pre artroskopiu ramena</p> <p>chrbtový segment pre operácie ramena s odnímateľnými laterálnymi dielmi vrátane fixácie hlavy (helmy)</p>			

Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 Príloha č. 4

<p>Pneumatické rameno Pneumatické rameno umožňuje ľahké predoperačné umiestnenie a podporu končatiny pacienta pre viac spoločných postupov a udržiavanie trakciu po celú dobu operácie. Toto zariadenie zaisťuje udržanie vnútornej a vonkajšej rotácie, stabilitu trupu a zvýšenie schopnosti traidenia ventrálnnej flexie a rotácie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektromagnetický mechanizmus kotvenia, aktivácia pedálom - Uplínane na eurolistu .. 360 st.otočná základňa - Radius 150 cm - Nosnosť pri plnej extenzii 23 kg,vo flexii 75 kg - Dobijateľná batéria 2 x min 1.7mAh <p>Trakčné zariadenie femuru</p> <ul style="list-style-type: none"> - femorálne extenzné zariadenie obsahujúce 3D trakčnú tyč umožňujúcu pohyby vo všetkých smeroch - 2D trakčná tyč - pár trakčných topánok vrátane gelových podložiek - pelvická podpera - pár delených nožných podpôr - trakčný kolík s potahom vo dvoch veľkostiach - vozík pre trakčné príslušenstvo <p>prospektový materiál s uvedením katalogových čísel a ostatné požadované doklady podľa § 28 na mobilný operačný stol a príslušenstvo s uvedením katalogových čísel v obálke „Ostatné“. Verejny obstarávateľ požaduje predloženie uvedených dokladov v obálke ostatné za účelom kontroly požiadaviek na predmet zákazky</p>			
---	--	--	--



Podpis člena komisie:

V Ružomberku dňa 2014

Názov subjektu: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
 Ul. gen. M.Vesela 21, 034 26
 Sídlo subjektu: Ružomberok

Formulár pre zápis hodnotenia člena komisie UVN-4-109/2014_106/

Člen komisie:

Predmet zákazky: Mobilný operačný stôl pre ortopedické využitie

Podlimitná zákazka
 Druh postupu: Verejná súťaž 11385-VVYT

Člen komisie bude posudzovať, či predložená ponuka na položku vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri. Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí min. u jedného parametra, že predložená ponuka na položku nevyhovuje, uvedená ponuka bude vylúčená z ďalšieho vyhodnocovania pre nesplnenie kvalitatívnych parametrov (požiadaviek) a nebude zaradená do elektronickej aukcie.

Mobilný operačný stôl pre ortopedické využitie

Minimálne požiadavky na predmet zákazky

- Mobilný operačný stôl s pevnou operačnou doskou, elektrickým podávaním tepla a trnád, Friedrichenburg/Antitrendelenburg, laterálne naklony, pozdĺžny posun, chrbtová sekcia), ostatné polohy stola mechanicky, výšková nastaviteľnosť v rozsahu 685 až 1140 mm
- minimálne 5-segmentová operačná doska, minimálna šírka operačnej dosky 520 mm
- súčasťou operačného stola musí byť predĺžovací chrbtový nástavec (segment)
- plne RIG-transparentná operačná doska
- pripojovanie a odpojovanie jednotlivých segmentov bez nutnosti skrútkovania
- systém k zaisteniu stability stola musí vyrovnávať nerovnosti podlahy min. o 8 mm
- elektronické ovládanie operačného stola, diaľkový ovládač s možnosťou ovládania bez pripojenia káblom technológiou Bluetooth s LCD displejom
- záložné (núdzové) ovládanie na základni stola, indikácia aktuálneho stavu batérií na diaľkovom ovládači s možnosťou nastavenia 0 polohy

Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4
MED PARTNERS a.s. Hurbanovo nám. 1, 811 05 Bratislava	MAQUET MEDIZINTECHNIK, o.z., Pribinova 25 811 09 Bratislava	E-BA Ipz Votrubova 11, 821 09 Bratislava	RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
s	Vyhovuje/nevyhovuje	Vyhovuje/nevyhovuje	Vyhovuje/nevyhovuje

<p>Komfortný prístup operátora k pacientovi</p> <ul style="list-style-type: none"> - možnosť obojstranneho zostavenia operačnej dosky (t.j. zámena hlavového segmentu za nohový segment a opačne) - Trendelenburg/Antitrendelenburg, v minimálnom rozsahu 45°/30° - laterálny naklon na obidve strany v minimálnom rozsahu 25° - polohovanie chrbtovej sekcie v minimálnom rozsahu 90°/90° - operačný stôl musí mať pozdĺžny posun operačnej dosky min. 450 mm - hlavový segment operačného stola musí mať dvojkľbovú nastavitelnosť - podložka nôh delená na dva segmenty pre každú nohu, v mm rozsahu 90°/90°, výkyvné do strany min. 60°, nezávisle nastaviteľne podložky nôh s ozubenými kľbmi pre nastavenie polohovania - minimálna nosnosť operačného stola 270 kg vo všetkých nastaviteľných polohách a pozíciách, minimálne 400 kg v centrálnnej (nulovej) polohe - jednoducho odnímateľné matracové operačného stola, jednoduchá udrážba a hygiena (bezošvové matrace) - operačný stôl musí umožniť nastavenie do sediacej polohy 		
<p>Prislúšenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ks rigidný anesteziologický rám - 1 ks úchyt držač ruky (dlhá) - 1 ks infúzna opierka ruky, polohovateľná, výškovo a laterálne nastaviteľná - 1 ks popruh na fixáciu tela pacienta - 1 ks popliteálna podpora - 8 ks bočná opierka nastaviteľná vrátane 2 ks dvojramennej opierky - 2 páry predlžovacie eurolišty - 14 ks radiálna svorka pre uchytienie prislúšenstva <p>Zariadenie pre artroskopiu ramena chrbtový segment pre operácie ramena s odnímateľnými laterálnymi dielmi vrátane fixácie hlavy (helmy)</p>		

	Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4
<p>Pneumatické rameno</p> <p>Pneumatické rameno umožňuje ľahké predoperačné umiestnenie a podporu končatiny pacienta pri viac spoločných postupov a udržiavajú trakciu po celú dobu operácie. Toto zariadenie zaisťuje udržanie vnútornej a vonkajšej rotácie, stabilitu trupu a zvýšenú schopnosť riadenia ventrálnnej flexie a rotácie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektromagnetický mechanizmus kotvenia, aktivácia pedálom - Upiatie na eurolištu - 360 st. otočná základňa - Radius 150 cm - Nosnosť pri plnej extenzii 23 kg, vo flexii 75 kg - Dobijateľná batéria 2 x mm, 1,7mAh <p>Trakčné zariadenie femuru</p> <ul style="list-style-type: none"> - femorálne extenzné zariadenie obsahujúce 3D trakčnú tyč umožňujúcu pohyby vo všetkých smeroch - 2D trakčná tyč - pár trakčných topánok vrátane gelyových podložiek - pelvická podpera - pár delených nožných podpier - trakčný kofík s počtom vo dvoch veľkostiach - vozík pre trakčné príslušenstvo <p>prospektový materiál s uvedením katalogových čísel a ostatné požadované doklady podľa § 28 na mobilný operačný stôl a príslušenstvo s uvedením katalogových čísel v obálke „Ostatné“ Verejný obstarávateľ požaduje predloženie uvedených dokladov v obálke <u>ostatné</u> za účelom kontroly požiadaviek na predmet zákazky</p>				

V Ružomberku dňa 2014

Podpis člena komisie:

Názov subjektu: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
 Ul. gen. M. Vesela 21, 034 26
 Sídlo subjektu: Ružomberok

Formulár pre zápis hodnotenia člena komisie

UVN-4-109/2014_106/

Člen komisie:

Predmet zákazky: Mobilný operačný stól pre ortopedické využitie

Podlimitná zákazka
 Verejná súťaž 11385-WYT

Člen komisie bude posudzovať, či predložená ponuka na položku vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri. Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí min. u jedného parametra, že predložená ponuka na položku nevyhovuje, uvedená ponuka bude vylúčená z ďalšieho vyhodnocovania pre nesplnenie kvalitatívnych parametrov (požiadaviek) a nebude zaradená do elektronickej aukcie.

Mobilný operačný stól pre ortopedické využitie

Minimálne požiadavky na predmet zákazky

- Mobilný operačný stól s pevnou operačnou doskou, elektrickým podlahovaním (tandem/quad), Trendelenburg/Antitrendelenburg, laterálne naklony, pozdĺžny posun, chrbtová sekcia), ostatné polohy stola mechanicky, výšková nastavitelnosť v rozsahu 685 až 1140 mm
- minimálne 5-segmentová operačná doska, minimálna šírka operačnej dosky 520 mm
- súčasťou operačného stola musí byť predĺžovací chrbtový nástavec (segment)
- plne RTG-transparentná operačná doska
- pripojovanie a odpojovanie jednotlivých segmentov bez nutnosti skrútkovania
- systém k zaisteniu stability stola musí vyrovnávať nerovnosti podlahy min. o 8 mm
- elektronické ovládanie operačného stola, diaľkový ovládač s možnosťou ovládania bez pripojenia káblom technológiou Bluetooth s LCD displejom
- záložné (núdzové) ovládanie na základni stola, indikácia aktuálneho stavu batérií na diaľkovom ovládači s možnosťou nastavenia 0 polohy

Ponuka č. 1 MED PARTNERS a.s. Hurbanovo nám 1, 811 05 Bratislava s	Ponuka č. 2 MAQUET MEDIZINTECHNIK, o.z., Pribinova 25 811 09 Bratislava Vyhovuje/nevyhovuje	Ponuka č. 3 E-BA Ipz Votrubova 11, 821 09 Bratislava Vyhovuje/nevyhovuje	Ponuka č. 4 RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica Vyhovuje/nevyhovuje
--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - komfortný prístup operátora k pacientovi - možnosť obojstranneho zostavenia operačnej dosky (t.j. zámena hlavového segmentu za nožný segment a opačne) - Trendelenburg/Antitrendelenburg v minimálnom rozsahu 45°/30° - laterálny naklon na obojve strany v minimálnom rozsahu 25° - polohovacie chrbtovej sekcie v minimálnom rozsahu ±90°/±90° - operačný stôl musí mať pozdĺžny posun operačnej dosky min. 450 mm - hlavový segment operačného stola musí mať dvojkľbovú nastaviteľnosť - podložka nôh delená na dva segmenty pre každú nohu, v min. rozsahu ±90°/±90°, výkyvné do strany min. 60°, nezávisle nastaviteľne podložky nôh s ozubenými kľbmi pre nastavenie polohovania - minimálna nosnosť operačného stola 270 kg vo všetkých nastaviteľných polohách a pozíciách, minimálne 400 kg v centrálnej (nulovej) polohe - jednoduche odnimanie matracov operačného stola, jednoducha údržba a hygiena (bezosvé matrace) - operačný stôl musí umožniť nastavenie do sediacej polohy 			
<p>Príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ks rigidný anesteziologický ram - 1 ks ťažký druhej ruky (dľaba) - 1 ks mlžnia opierka ruky polohovateľná, výškovo a laterálne nastaviteľná - 1 ks popruh na fixáciu tela pacienta - 1 ks popliteálna podpora - 8 ks bočná opierka nastaviteľná vrátane 2 ks dvojramennej opierky - 2 páry predlžovacie eurolišty - 14 ks radiálna svorka pre uchytenie príslušenstva <p>Zariadenie pre arioskopiu ramena chrbtový segment pre operácie ramena s odnímateľnými laterálnymi dielmi vrátane fixácie hlavy (helmy)</p>			

Písmená čísla	Písmená čísla	Písmená čísla	Písmená čísla
<p>Pneumatické rameno</p> <p>Pneumatické rameno umožňuje ľahké predoperačné umiestnenie a podporu končatiny pacienta pre viac spoločných postupov a udržiavajúce trakciu po celú dobu operácie. Toto zariadenie zaisťuje udržanie vnútornej a vonkajšej rotácie, stabilitu trupu a zvýšenú schopnosť riadenia ventrálnej flexie a rotácie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektromagnetický mechanizmus kotvenia, aktivácia pedálom - Uprmanie na eurofistu, 360 st. otočná základňa - Radius 150 cm - Nosnosť pri plnej extenzii 23 kg, vo flexii 75 kg - Dobijateľná batéria 2 x min 1,7mAh 			
<p>Trakčné zariadenie femuru</p> <ul style="list-style-type: none"> - femorálne extenzívne zariadenie obsahujúce 3D trakčnú tyč umožňujúcu pohyby vo všetkých smeroch - 2D trakčná tyč - pár trakčných topanok vrátane gélových podložiek - pelvičná podpera - pár delených nožných podpôr - trakčný kolík s počítanom vo dvoch veľkostiach - vozík pre trakčné príslušenstvo 			
<p>prospektovej materiál s uvedením katalogových čísel a ostatné požadované doklady podľa § 28 na mobilný operačný stôl a príslušenstvo, s uvedením katalogových čísel v obálke „Ostatné“ Verejný obstarávateľ požaduje predloženie uvedených dokladov v obálke ostatné za účelom kontroly požiadaviek na predmet zákazky</p>			

V Ružomberku dňa 2014

Podpis člena komisie: