

UVN-4-146/2014_141/19

Zápisnica z kontroly ponúk

v súvislosti § 42 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov zákazky: Vráčka vysokorýchlostná pre neurochirurgiu

Postup verejného obstarávania: postup podľa § 100 a § 102

Zákazka z hľadiska limitu:

Druh predmetu: tovar

Kategória služby (*len v prípade služieb*):

I. Členovia komisie

V súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) bola na otvorenie a vyhodnotenie ponúk menovaná komisia.

Členovia komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk:

predseda komisie: Butkovský Ján, Ing.

člen komisie: Almášiiová Anna

člen komisie: Durný Peter, MUDr.

člen komisie: Rusnák Róbert, MUDr., PhD.

II. Predkladanie a otváranie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 16.09.2014 o 12:00 hod.. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je 5.

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk je nasledovný:

1/ FÉNIX BRATISLAVA, spol. s r.o., Jána Zigmundíka 296/6, Vrbové

2/ TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava

3/ RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica

4/ MED PARTNERS, a.s., Hurbanovo námestie 1, 81106 Bratislava

5/ Dräger SLOVENSKO. s.r.o., Radlinského 40a, 92101 Piešťany

Otváranie ponúk sa uskutočnilo dňa 17.09.2014 o 11:00 hod. v priestoroch: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN, budova č. 1 III. poschodie, č.miestnosti 1.R.A.403- zasadačka referátu verejného obstarávania, ul. gen. Miloša Vesela 21, Ružomberok a priebeh otvárania ponúk je zdokumentovaný v zápisnici z otvárania ponúk. Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným vyhlásením, že nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie.

III. Priebeh kontroly splnenia podmienok účasti

Komisia posudzovala splnenie podmienok účasti v súlade s ustanovením § 33 zákona. Komisia kontrolovala ponuky v zmysle požadovaných podmienok účasti a za každého uchádzača posudzovala samostatne každý predložený doklad. Na základe posúdenia predložených dokladov komisia konštatovala, či uchádzač splnil alebo nespĺnil podmienky účasti. Výsledky kontroly splnenia podmienok účasti sú obsahom zápisnice z kontroly splnenia podmienok účasti, ktorá je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní.

IV. Priebeh kontroly ponúk

Vyhodnocovanie ponúk komisiou bolo neverejné. V súlade s § 42 ods. 1 zákona komisia hodnotila ponuky z hľadiska splnenia špecifikovaných požiadaviek na predmet zákazky.

- vid' prílohy hodnotenia členov komisie

V. Vylúčené ponuky - nesplnenie podmienok účasti

2/ TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava

3/ RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica

5/ Dräger SLOVENSKO, s.r.o., Radlinského 40a, 92101 Piešťany

VI. Zoznam ponúk, ktoré neboli vylúčené a ktoré budú vyhodnocované podľa určených kritérií

1/ FÉNIX BRATISLAVA, spol. s r.o., Jána Zigmundíka 296/6, Vrbové

4/ MED PARTNERS, a.s., Hurbanovo námestie 1, 81106 Bratislava

Zápisnicu spracoval(a): Almášiová Anna dňa: 22.09.2014

podpis:

Podpisy členov komisie:

predseda komisie: Butkovský Ján, Ing.

člen komisie: Almášiová Anna

člen komisie: Durný Peter, MUDr.

člen komisie: Rusnák Róbert, MUDr., PhD.

Názov subjektu: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
 Sídlo subjektu: Ul. gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Formulár pre zápis hodnotenia člena komisie

UVN-4-146/2014_141/19

Člen komisie: Anna Almášiiová

Predmet zákazky:

Vrtačka vysokorychlostná pre neurochirurgiu

Podlimitná zákazka

Druh postupu: Verejná súťaž 19265-WYT

Člen komisie bude posudzovať, či predložená ponuka na položku vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri.

Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí min. u jedného parametra, že predložená ponuka na položku nevyhovuje, uvedená ponuka bude vylúčená z ďalšieho vyhodnocovania pre nespĺnenie kvalitatívnych parametrov (požiadaviek) a nebude zaradená do elektronickej aukc

Mimimálne technické požiadavky na predmet zákazky	Ponuka č. 1	Ponuka č. 4	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č.5
		FENIX Bratislava spol. s r.o. Jána Zigmundika 296/6 Vrbové	MED PARTNERS, a.s., Hurbanovo námestie 1, 81106 Bratislava	TIMEED s.r.o. Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava	RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 97405 B. Bystřica
Motorová jednotka – 1 ks					
Možnosť pripojenia dvoch káblov súčasne	✓				
Dotykový farebný displej	✓				
Ovládanie nožným pedálom - pravý, ľavý chod	✓				
Integrovaná oplachová pumpa	✓				
Nastaviteľný prietok 0 - 80 ml/min.	✓				
100 -- 240 V, 50 - 60 Hz	✓				
Mikrokábel – 2 ks					
Dĺžka min. 3 metre	✓				
Pojistika proti nechcenému spusteniu	✓				
Mikromotor – 2 ks					
Titanový povrch	✓				
Výkon min. 150 W	✓				
Otáčky min. 10 000 - 80 000 ot./min.	✓				
Krútiaci moment min. 3,5 Ncm	✓				
			ponuka nehodnotená, uchádzač nespĺnil podmienky účasti, vid' Zapisnica z kontroly splnenia podmienok účasti	ponuka nehodnotená, uchádzač nespĺnil podmienky účasti, vid' Zapisnica z kontroly splnenia podmienok účasti	ponuka nehodnotená, uchádzač nespĺnil podmienky účasti, vid' Zapisnica z kontroly splnenia podmienok účasti

Minimálne technické požiadavky na predmet zákazky	Ponuka č. 1	Ponuka č. 4	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 5
	PENIX Bratislava spol. s r.o. Jána Zigmundíka 296/6 Vrbové	MED PARTNERS, a.s., Hurbanovo námestie 1, 81106 Bratislava	TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava	RADIX spol. s r.o., Kremnická 36, 97405 B. Bystrica	Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a, 921 01 Piešťany

Trepanátor – 2 ks

Výkon min. 150W					
Kritičiaci moment min. 2,0 Nm					
Otáčky min. 800 – 1200 ot/min.					
Nástavce					
Nástavec kraniotómu s koncovkou chrániča dury pre dospelých pacientov, pracovná dĺžka min. 16 mm – 2 ks					
Nástavec lomený, pracovná dĺžka min. 70 mm – 2ks					
Nástavec lomený, pracovná dĺžka min. 100 mm – 1ks					
Nástavec lomený, pracovná dĺžka min. 130 mm – 1ks					
Nástavec rovný, pracovná dĺžka min. 70 mm – 1 ks					
Nástavec rovný, pracovná dĺžka min. 100 mm – 1 ks					

Vrtáky

Vrták trepanu 9x12 mm, driek HUDSON – 2 ks					
Vrták kraniotómu – 2 ks					
Systém uchytienia v site zabezpečujúci správny odtok kondenzátu pri sterilizácii – 3 ks					

prospektový materiál s uvedením katalógových čísel a ostatné požadované doklady podľa § 28					
--	--	--	--	--	--

V Ružomberku, dňa

Podpis člena komisie:



Názov subjektu: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
 Sídlo subjektu: Ul. gen. M.Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Formulár pre zápis hodnotenia člena komisie

UVN-4-146/2014_141/19

Člen komisie: MUDr. , PhD. Róbert Rusnák

Predmet zákazky:

Vrtačka vysokorychlostná pre neurochirurgiu

Podlimitná zákazka

Druh postupu: Verejná súťaž 19265-WYT

Člen komisie bude posudzovať, či predložená ponuka na položku vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri.

Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí min. u jedného parametra, že predložená ponuka na položku nevyhovuje, uvedená ponuka bude vylúčená z ďalšieho vyhodnocovania pre nespĺnenie kvalitatívnych parametrov (požiadaviek) a nebude zaradená do elektronickej aukc

	Ponuka č. 1	Ponuka č. 4	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č.5
Minimálne technické požiadavky na predmet zákazky	FENIX Bratislava spol. s r.o. Jána Zigmundika 296/6 Vrbové	MED PARTNERS, a.s., Hurbanovo námestie 1, 81106 Bratislava	TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava	RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 97405 B. Bystriica	Dräger Slovensko, s r.o. Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
Motorová jednotka – 1 ks	✓				
Možnosť pripojenia dvoch káblov súčasne	✓		✓		
Dotykový farebný displej	✓		✓		
Ovládanie nožným pedálom - pravý, ľavý chod	✓		✓		
Integrovaná oplachová pumpa	✓		✓		
Nastaviteľný prietok 0 - 80 ml/min.	✓		✓		
100 – 240 V, 50 – 60 Hz	✓		✓		
Mikrokábel – 2 ks	✓		✓		
Dĺžka min. 3 metre	✓		✓		
Pojistka proti nechcenému spusteniu	✓		✓		
Mikromotor – 2 ks					
Titánový povrch	✓		✓		
Výkon min. 150 W	✓		✓		
Otáčky min. 10 000 - 80 000 ot./min.	✓		✓		
Krútiaci moment min. 3,5 Ncm	✓		✓		
			ponuka nehodnotená, uchádzač nespĺnil podmienky účasti, vid' Zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti	ponuka nehodnotená, uchádzač nespĺnil podmienky účasti, vid' Zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti	ponuka nehodnotená, uchádzač nespĺnil podmienky účasti, vid' Zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti

Minimálne technické požiadavky na predmet zákazky	Ponuka č. 1	Ponuka č. 4	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 5
	PENIX Bratislava spol. s r.o. Jana Žigmundíka 296/6 Vrbovce	MED PARTNERS, a.s., Hurbanovo námestie 1, 81106 Bratislava	TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava	RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 97405 B. Bystriica	Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a, 921 01 Piešťany

Trepanátor – 2 ks

Výkon min. 150W					
Krútiaci moment min. 2,0 Nm					
Otáčky min. 800 – 1200 ot/min.					
Nástavce					
Nástavec kraniotómu s koncovkou chrániča dury pre dospelých pacientov, pracovná dĺžka min. 16 mm – 2 ks					
Nástavec lomený, pracovná dĺžka min. 70 mm – 2ks					
Nástavec lomený, pracovná dĺžka min. 100 mm – 1ks					
Nástavec lomený, pracovná dĺžka min. 130 mm – 1ks					
Nástavec rovný, pracovná dĺžka min. 70 mm – 1 ks					
Nástavec rovný, pracovná dĺžka min. 100 mm – 1 ks					

Vrtáky

Vrták trepanu 9x12 mm, driek HUDSON – 2 ks					
Vrták kraniotómu – 2 ks					
System uchytienia v site zabezpečujúci správny odtok kondenzátu pri sterilizácii – 3 ks					

prospektový materiál s uvedením katalógových čísel a ostatné požadované doklady podľa § 28					
--	--	--	--	--	--

V Ružomberku, dňa

Podpis člena komisie:

Názov subjektu: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
 Sídlo subjektu: Ul. gen. M.Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Formulár pre zápis hodnotenia člena komisie

UVN-4-146/2014_141/19

Člen komisie: Ing. Ján Butkovský

Predmet zákazky:

Vrtačka vysokorychlostná pre neurochirurgiu

Podlimitná zákazka

Druh postupu: Verejná súťaž 19265-WYT

Člen komisie bude posudzovať, či predložená ponuka na položku vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri.

Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí min. u jedného parametra, že predložená ponuka na položku nevyhovuje, uvedená ponuka bude vylúčená z ďalšieho vyhodnocovania pre nesplnenie kvalitatívnych parametrov (požiadaviek) a nebude zaradená do elektronickej aukc

	Ponuka č. 1	Ponuka č. 4	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č.5
Minimálne technické požiadavky na predmet zákazky	FENIX Bratislava spol. s r.o. Jána Zigmundika 296/6 Vrbové	MED PARTNERS, a.s., Hurbanovo námestie 1, 81106 Bratislava	ITMED s.r.o. Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava	RADIX spol. s r.o., Krennička 36, 97405 B. Bystrica	Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
Motorová jednotka – 1 ks	✓	✓	✓	✓	✓
Možnosť pripojenia dvoch káblov súčasne	✓	✓	✓	✓	✓
Dotykový farebný displej	✓	✓	✓	✓	✓
Ovládanie nožným pedálom - pravý, ľavý chod	✓	✓	✓	✓	✓
Integrovaná oplachová pumpa	✓	✓	✓	✓	✓
Nastaviteľný prietok 0 - 80 ml/min.	✓	✓	✓	✓	✓
100 – 240 V, 50 – 60 Hz	✓	✓	✓	✓	✓
Mikrokábel – 2 ks	✓	✓	✓	✓	✓
Dĺžka min. 3 metre	✓	✓	✓	✓	✓
Pojistka proti nechcenému spusteniu	✓	✓	✓	✓	✓
Mikromotor – 2 ks	✓	✓	✓	✓	✓
Titánový povrch	✓	✓	✓	✓	✓
Výkon min. 150 W	✓	✓	✓	✓	✓
Otáčky min. 10 000 - 80 000 ot./min.	✓	✓	✓	✓	✓
Krútiaci moment min. 3,5 Nm	✓	✓	✓	✓	✓

Minimálne technické požiadavky na predmet zákazky	Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 5
	HENIX Bratislava spol. s r.o. Jana Zigmundka 29/6/6 Vrbové	TIMID s.r.o. Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava	RADIX spol. s r.o. Krtencička 36, 97405 B Bystriica	Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a, 921 01 Piešťany

Trepanátor – 2 ks

Výkon min. 150W	
Krútiaci moment min. 2,0 Nm	
Otáčky min. 800 – 1200 ot/min.	
Nástavce	
Nástavec kraniotómu s koncovkou chrániča dury pre dospelých pacientov, pracovná dĺžka min. 16 mm – 2 ks	
Nástavec lomený, pracovná dĺžka min. 70 mm – 2ks	
Nástavec lomený, pracovná dĺžka min. 100 mm – 1ks	
Nástavec lomený, pracovná dĺžka min. 130 mm – 1ks	
Nástavec rovný, pracovná dĺžka min. 70 mm – 1 ks	
Nástavec rovný, pracovná dĺžka min. 100 mm – 1 ks	

Vrtáky

Vrták trepanu 9x12 mm, driek HUDSON – 2 ks	
Vrták kraniotómu – 2 ks	
Systém uchytienia v site zabezpečujúci správny odtok kondenzátu pri sterilizácii – 3 ks	

prospektový materiál s uvedením katalogových čísel a ostatné požadované doklady podľa § 28	
--	--

V Ružomberku, dňa

Podpis člena komisie:



Názov subjektu: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
 Sídlo subjektu: Ul. gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok

UVN-4-146/2014_141/19

Formulár pre zápis hodnotenia člena komisie

Člen komisie: MUDr. Peter Durný

Predmet zákazky:

Vrtačka vysokorychlostná pre neurochirurgiu

Podlimitná zákazka

Druh postupu: Verejná súťaž 19265-WYT

Člen komisie bude posudzovať, či predložená ponuka na položku vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri.

Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí min. u jedného parametra, že predložená ponuka na položku nevyhovuje, uvedená ponuka bude vylúčená z ďalšieho vyhodnocovania pre nesplnenie kvalitatívnych parametrov (požiadaviek) a nebude zaradená do elektronickej aukc

	Ponuka č. 1	Ponuka č. 4	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č.5
Mínimálne technické požiadavky na predmet zákazky	HEINIX Bratislava spol. s r.o. Jána Zigmundika 296/6 Vrbové	MED PARTNERS, a.s., Hurbanovo námestie 1, 81106 Bratislava	TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava	RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 97405 B. Bystriica	Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
Motorová jednotka – 1 ks					
Možnosť pripojenia dvoch káblov súčasne					
Dotykový farebný displej					
Ovládanie nožným pedálom - pravý, ľavý chod					
Integrovaná oplachová pumpa					
Nastaviteľný prietok 0 - 80 ml/min.					
100 – 240 V, 50 - 60 Hz					
Mikrokábel – 2 ks					
Dĺžka min. 3 metre					
Pojistka proti nechcenému spusteniu					
Mikromotor – 2 ks					
Titánový povrch					
Výkon min. 150 W					
Otáčky min. 10 000 - 80 000 ot./min.					
Krútiaci moment min. 3,5 Ncm					
			ponuka nehodnotená, uchádzač nesplnil podmienky účasti, vid' Zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti	ponuka nehodnotená, uchádzač nesplnil podmienky účasti, vid' Zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti	ponuka nehodnotená, uchádzač nesplnil podmienky účasti, vid' Zápisnica z kontroly splnenia podmienok účasti

Minimálne technické požiadavky na predmet zákazky	Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 5
Trepanátor – 2 ks	FEINIX Bratislava, spol. s r.o., Jána Zigmundika 296/6 Vrbové	TIMED s.r.o. Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava	RADIX spol. s r.o., Krennická 36, 97405 B. Bystrica	Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a, 921 01 Piešťany

Výkon min. 150W				
Krútiaci moment min. 2,0 Nm				
Otáčky min. 800 – 1200 ot/min.				
Nádstavce				
Nádstavec kraniotómu s koncovkou chrániča dury pre dospelých pacientov, pracovná dĺžka min. 16 mm – 2 ks				
Nádstavec lomený, pracovná dĺžka min. 70 mm – 2ks				
Nádstavec lomený, pracovná dĺžka min. 100 mm – 1ks				
Nádstavec lomený, pracovná dĺžka min. 130 mm – 1ks				
Nádstavec rovný, pracovná dĺžka min. 70 mm – 1 ks				
Nádstavec rovný, pracovná dĺžka min. 100 mm – 1 ks				

Vrtáky				
Vrták trepanu 9x12 mm, driek HUDSON – 2 ks				
Vrták kraniotómu – 2 ks				
Systém uchytienia v sieti zabezpečujúci správny odtok kondenzátu pri sterilizácii – 3 ks				

prospektový materiál s uvedením katalógových čísel a ostatné požadované doklady podľa § 28.	
---	--

V Ružomberku, dňa

Podpis člena komisie: