



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

www.uvn.sk

www.uvo.gov.sk profil UVN SNP Ružomberok -FN

Váš list zn./zo dňa	Naša značka	Vybavuje	Dátum
	UVN-5-115/2017-115/6	Ing. Jaroš Jozef	28.04.2017

Vec

Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu

Na základe doručenej žiadosti o nápravu z 24.04.2017, proti podmienkam uvedených v súťažných podkladoch k predmetu zákazky „Multifunkčné angiografické pracovisko“, uverejnenom vo VVO č. 74/2017 zo dňa 13.04.2017 pod číslom 4948-MST Vám v zmysle § 165 ods.3 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Vo Vašej žiadosti o nápravu požadujete tieto úpravy:

Pôvodný parameter č. 1

Rýchlosť rotácie C ramena pri 3D snímkovaní min. 45 °/sec

Požadovaná úprava č.1

„Rýchlosť rotácie C ramena pri 3D snímkovaní min. 40°/sec”

Stanovisko verejného obstarávateľa : Vašu žiadosť o nápravu prijímame

Pôvodný parameter č. 2

Celkové pokrytie pacienta s pozdĺžnym pohybom gantry ako aj s pohybom operačného stola min 220cm

Požadovaná úprava č.2

Celkové pokrytie pacienta s pozdĺžnym pohybom gantry ako aj s pohybom operačného stola min 200cm“

Stanovisko verejného obstarávateľa : Vašu žiadosť o nápravu prijímame

Pôvodný parameter č. 3

Digitálny obrazový systém s vysokým rozlíšením od akvizície až po spracovanie obrazu v matici minimálne 2K v bitovej hĺbke minimálne 12 bit





Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Požadovaná úprava č.3

„Digitálny obrazový systém s vysokým rozlíšením od akvizície až po spracovanie obrazu v matici minimálne 1K v bitovej hĺbke minimálne 12 bit

Stanovisko verejného obstarávateľa : Vašu žiadosť o nápravu prijímame

Pôvodný parameter č. 4

Plne integrované kvantitatívne vaskulárne analýzy ovládané priamo od vyšetrovacieho stola aj z ovládača, vrátane automatického rozpoznania kontúr, kvantifikácie stenóz, **meranie uhlov** a vzdialeností a rôznych druhov automatických kalibrácií

Požadovaná úprava č.4

„Plne integrované kvantitatívne vaskulárne analýzy ovládané priamo od vyšetrovacieho stola aj z ovládača, vrátane automatického rozpoznania kontúr, kvantifikácie stenóz, vzdialeností a rôznych druhov automatických kalibrácií“

Stanovisko verejného obstarávateľa : Vašu žiadosť o nápravu prijímame

Pôvodný parameter č. 4

Krátkodobý záložný zdroj elektrickej energie pre možnosť pokračovania prevádzky systém vrátane núdzovej skiaskopie min 40kVA

Požadovaná úprava č.4

„Krátkodobý záložný zdroj elektrickej energie pre možnosť pokračovania prevádzky systém vrátane núdzovej skiaskopie min 20kVA“

Stanovisko verejného obstarávateľa : Vašu žiadosť o nápravu prijímame

S pozdravom

.....
Ing. Peter Rendek

Riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok - FN