



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

www.uvo.gov.sk

www.uvn.sk

Váš list zn./zo dňa	Naša značka	Vybavuje	Dátum
	UVN-5-115/2017-115/7	Ing. Jaroš Jozef	02.05.2017

Vec.:

Vysvetlenie

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky k predmetu zákazky Multifunkčné angiografické pracovisko doručenej mailom dňa 27.04.2017 Vám zasielame nasledovné vysvetlenie:

Bod č.1

Časť B1. Opis predmetu zákazky – tabuľka minimálne technické podmienky pre zariadenie DSA- parameter (názov a typ prístroja)

V časti B.1 Opis predmetu zákazky- verejný obstarávateľ na strane 20 súťažných podkladov uvádza požadované príslušenstvo- Krátkodobý záložný zdroj elektrickej energie pre možnosť pokračovania prevádzky systému vrátane núdzovej skiaskopie. Verejný obstarávateľ však taktiež na strane 22 súťažných podkladov požaduje dodávku záložného zdroja UPS.

Otázka:

Jedná sa v tomto prípade o duplicitné uvedenie tej istej položky súťažných podkladov v časti B.1 Opis predmetu zákazky?

Odpoveď:

Áno, jedná sa o duplicitné uvedenie položky.

Bod.č. 2

Časť B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky- Návrh kúpnej zmluvy č. UVN-5-115/201-115 čl. 3 Čas plnenia

V čl. 3 Čas plnenia verejný obstarávateľ uvádza: „Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia uvedeného v čl. 5 bodu 5.1 do piatich mesiacov od doručenia výzvy



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

na plnenie v období od 01.09.2017 do 31.12.2018, t.j. kupujúci je povinný vyzvať predávajúceho na plnenie najneskôr do 31.07.2018.“ Domnievame sa však, že takáto špecifikácia času plnenia je koncipovaná v pomerne širokom časovom rozpätí, preto by sme sa chceli uistiť, že nedošlo pri formulovaní citovaného usanovenia k omylu.

V čl. 5 Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky bod 5.2 sa uvádza: „Predávajúci je povinný realizovať dodávku do miesta plnenia podľa bodu 5.1 v množstvách uvedených podľa bodu 4.1, v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a spôsobom uvedeným v tejto zmluve. Súčasťou je teda inštalácia, resp. montáž, kompletne uvedenie prístroja do prevádzky vrátane príslušenstva, zaškolenie lekárov, fyzikov a asistentov v potrebnom rozsahu, zabezpečenie všetkých skúšok podľa platnej legislatívy pre uvedenie prístroja do prevádzky, dokumentácia, slovenský návod, doprava do miesta plnenia. Po kompletom dodaní predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy začína plynúť záručná doba.“

Z takto formulovaného ustanovenia návrhu zmluvy resp. zo súťažných podkladov vyplýva, že dodávka bude realizovaná do priestorov verejného obstarávateľa vopred pripravených zo stavebnej stránky verejným obstarávateľom. Z predchádzajúcej praxe sme však ako dodávateľia konfrontovaní so situáciami, kedy dodávku nemôžeme realizovať pre omeškanie verejného obstarávateľa ako kupujúceho s poskytnutím súčinnosti nevyhnutnej pre našu spoločnosť pre riadne plnenie zmluvy, a to najmä so stavebnou nepripravenosťou priestorov. Uvedená skutočnosť značne znevýhodňuje našu spoločnosť ako dodávateľa z dôvodu plynutia záručnej lehoty, omeškania dodávky, či platobných podmienok. Navrhujeme preto doplniť predložený návrh zmluvy o toto ustanovenie :

5.4 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia kupujúceho. Pred a po dobu omeškania kupujúceho s poskytnutím spolupôsobenia nie je predávajúci v omeškaní s plnením záväzku a termíny dodania príslušných zdravotníckych zariadení sa primerane posunú. Spolupôsobením sa myslí najmä stavebná pripravenosť v zmysle technologického projektu, zabezpečenie potrebných vstupov do priestorov, kompletná stavebná pripravenosť, vybavenie potrebných súhlasov a povolení, pokiaľ sú potrebné.

Následne dôjde k posunu číslovania čl. 5, ktorého doterajšie body 5.4, 5.5. a 5.6 budú mať nové označenie 5.5., 5.6 a 5.7.

Súčasne by sme chceli požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie súťažných podkladov o bod 5.8 v článku 5 návrh kúpnej zmluvy č. UVN-5-115/2017-115 nasledovne:

5.8 V prípade, že v čase najneskôr do 30 dní pred predpokladaným termínom dodania nebudú všetky priestory pripravené/sprístupnené na inštaláciu, resp. montáž, či kompletne uvedenie prístroja do prevádzky, je predávajúci oprávnený vyskladniť všetky súčasti dodávky v mieste plnenia. Toto vyskladnenie bude považované za dodanie predmetu plnenia v zmysle bodu 5.2 a 5.3 tejto zmluvy, a to aj bez podpisu preberacieho protokolu.

Odpoveď k bodu č. 2



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Odpoveď k bodu č. 2

Plnenie predmetu zákazky do 31.12.2018 je stanovené preto, aby si víťazný uchádzač mohol uplatniť svoje špecifické pripomienky k stavebnej časti, ktorá sa bude robiť na základe pripomienok víťazného uchádzača, tak aby inštalácia prebehla bez problémov v lehote 5 mesiacov.

Vašu žiadosť, ktorú ste označili ako bod 5.8. **nemôžeme akceptovať**.

S pozdravom

.....
Ing. Peter Rendek

Riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok - FN